



Dąbrowa Górnicza, dn. 20.05.2026 r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielania zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 170 000,00 zł, w Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Krasińskiego 43:

- Inhalator w ilości 6 szt.
- Pulsoksymetr stacjonarno transportowy w ilości 2 szt.
- Aparat EKG na wózku jezdnym w ilości 2 szt.

Opis w załączniku nr 1

I. Podstawowe informacje i wymogi dotyczące przedmiotu postępowania:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.06.2026r

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawcę cenę. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z wykonawcami.

III. Sposób składania ofert:

Ofertę (wypełnioną i podpisaną skan formularza ofertowego) proszę dostarczyć do dnia 29.05.2026r., na adres e-mail: umatysiak@zco-dg.pl

IV. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia



- V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
- VI. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia są:
- formularz ofertowy wraz z załącznikiem (formularz cenowy)

Dyrektor
zagłębiowskie Centrum Onkologii,
szpital Specjalistyczny im. Św. Stanisława
w Dąbrowie Górniczej



Marzena Stula

Załącznik nr 1

Inhalator 6 szt.

Opis sprzętu:

Aparat fabrycznie nowy 2026r

Inhalator pneumatyczno-tłokowy przystosowany do intensywnej eksploatacji

Inhalator do pracy ciągłej w warunkach szpitalnych. Z nebulizatorem, dopasowuje tempo nebulizacji do potrzeb pacjenta.

Stabilny kompresor zapewniający równomierną mgiełkę i pewne podanie leku.

Łatwy w dezynfekcji i gotowy do intensywnej eksploatacji.

Tryb pracy: ciągły

Szybkość nebulizacji/podawania: 0,29ml/min pozycja MIN; 0,65 ml/min pozycja MAX

Hałas: ok. 55 dB

Ciśnienie robocze z nebulizatora: 1,30 bar.

Ciśnienie maksymalne: 3,5 +/- 0.5 bar

Maksymalna podawana pojemność leku: 8 ml

Minimalna podawana pojemność leku: 2 ml

Waga: 2,4 kg

Wymiary: 20 x 30 x 10 cm

Gwarancja: min. 24 miesiące

Pulsoksymetr stacjonarno transportowy 2 szt.

Opis sprzętu:

Aparat fabrycznie nowy 2026r

Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z automatyczną rotacją ekranu – pion- poziom

Min. wyświetlanie danych: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość

Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego do minimum 5 godzin ciągłego monitorowania,

Menu: Polskie

Wbudowana rączka do transportu

Ciągły tryb monitorowania parametrów

Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu

Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków

Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów

Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika

Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora

Możliwość regulacji głośności alarmu

Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu

Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

Możliwość ustawienie czułości pomiaru w minimum 2 z zakresów: NORM, MAX i APOD

W zestawie kabel połączeniowy

W zestawie czujnik wielorazowy dla dorosłych typu klips na palec

Pomiar nieinwazyjny ciśnienia w następujących trybach:

- pomiar wyrwykowy w każdym momencie
- pomiar automatyczny w interwałach
- pomiary ciągłe w określonym czasie co 5 lub 10 minut

Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi : Zakres 0 – 300 mmH

Gwarancja min. 24 miesiące

Aparat EKG na wózku jezdnym 2 szt.

Opis sprzętu:

Aparat fabrycznie nowy 2026r.

Aparat EKG na wózku jezdnym oraz drukarka laserowa A4

Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD TFT 7" + pełna alfanumeryczna klawiatura mechaniczna.

Pełny zapis 12 standardowych odprowadzeń EKG jednocześnie.

Drukowanie w układzie standardowym: 1, 3, 6 lub 12 kanałów

Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG

Wykryte pobudzenia stymulatora serca : dźwiękowa sygnalizacja

Wyposażony w akumulator umożliwiający pracę mobilną bez zasilania sieciowego.

Wyposażenie: Elektrody kończynowe klipsowe, Elektrody przyssawkowe, Kabel EKG, Kabel zasilający, Papier EKG – 1 rolka, Żel EKG 250 g v.001, Wózek jezdny, Laserowa drukarka monochromatyczna kompatybilna z aparatem EKG (A4, 210 mm)

Gwarancja: min 24 miesiące

Do każdego urządzenia wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) wraz z wpisem o instalacji sprzętu, dopuszczeniu do pracy, przeszkoleniu personelu, oraz datą następnego przeglądu, instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej.