

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 032 621 20 51
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Do uczestników przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawę wkładów do dyspensera do podawania radiofarmaceutyków
oraz wkładów do wstrzykiwacza do kontrastu NMR, TK**

dot.: ZP/12/ZCOSzpSp/2019 „Dostawa wkładów do dyspensera do podawania radiofarmaceutyków
oraz wkładów do wstrzykiwacza do kontrastu NMR, TK”

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 2 i 3** wyrazi zgodę na dopuszczenie produktów oryginalnych, wytwarzanych przez producenta wstrzykiwacza kontrastu wg następującego opisu:

Pak. 2 poz. 1

Zestaw w skład którego wchodzi: 2 strzykawki o objętości 60ml ze spiralną rurką o długości 230cm z rozgałęzieniem „Y” z dwoma zaworkami zwrotnymi; ciśnienie graniczne 200 PSI

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pak. 2 poz. 2

Spiralna rurka z rozgałęzieniem Y o długości 230cm z pojedynczym zaworem zwrotnym; ciśnienie graniczne strzykawki 200PSI

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pak. 3 poz. 1

Zestaw w skład którego wchodzi: strzykawka ładowana od przodu 200ml, słomka Handi-Fil, zwinięty dren o długości 152cm; ciśnienie max. 400PSI

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pak. 3 poz. 2

Zestaw w skład którego wchodzi: strzykawka 200ml ze zwijaną rurką 152cm I podwójnym zaworem zwrotnym; ciśnienie graniczne rurki i strzykawki 400PSI max.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pak. 3 poz. 3

Zwijany przewód połączeniowy w kształcie litery Y (długość 13 cm) z dwoma zaworami zwrotnymi (długość: 152 cm przewodu zwijanego i 13 cm przewodu w kształcie litery Y (165 cm faktycznej długości); ciśnienie graniczne strzykawki 400PSI

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pak. 3 poz. 4 Zwijany niskociśnieniowy przewód połączeniowy 152 cm, LL f/m do TK kompatybilny ze wstrzykiwaczem Optivantage. Ciśnienie graniczne max. 400PSI. ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

2 lipca 2019
Pełnomocnik Dyrektora
ds. Eksploatacji i Inwestycji
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr inż. Iwona Sroga

Re. Stencel