

Do uczestników przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę igieł i znaczników do biopsji”

dot.: ZP/22/ZCOSzpSp/2019

„Dostawa igieł i znaczników do biopsji”

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy: pakiet nr 3

Ze względu na możliwość wystąpienia u pacjentów stanu alergicznego- uczuleniowego, jeżeli znacznik tkankowy tytanowy jest z domieszką niklu,

Czy Zamawiający dopuści - BiomarC - Marker, znacznik tkankowy piersi

Igła jednorazowego użytku - Markery BiomarC, wyznaczają standardy dla znaczników tkankowych, oferują niezrównaną łatwość przystosowania się i widoczność dla precyzyjnego określenia miejsca wykonanej biopsji.


Wyjątkowy kształt markera triple „bar-bell” (potrójna sztanga) oraz jego ceramiczna budowa pokryta pirolitycznym węglem sprawia, że jest on biokompatybilny i wyraźnie widoczny w różnych sposobach obrazowania. Nie stwierdzono reakcji alergicznych oraz nadwrażliwości u pacjentów ze znacznikami BiomarC.

Cechy i zalety:

- Pozwala na naturalny przyrost tkanki, hipoalergiczny
- Kompatybilny z rezonansem magnetycznym, mniejsze artefakty niż w przypadku metalowych markerów,
- brak właściwości ferromagnetycznych,
- Specjalny kształt zapobiegający migracji,
- Stale widoczny w USG, mammografii oraz rezonansie magnetycznym.



Widoczność markera w USG
rezonans magnetyczny



Widoczność markera w mammografii



Widoczność markera w MRI,



Marker 1x5mm

Rozmiar kaniuli 17G x 11,77 cm lub 14G x 11,77

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zaoferowany w pytaniu produkt.

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zastrzeżenia dotyczącego zamawiania igieł na sztuki i zastąpienie go zapisem, że zamówienia obejmować będą pełne opakowania produktu. Zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych z rozporządzenia ministerstwa Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, wyroby medyczne muszą być zaprojektowane, wytworzone i opakowane w sposób uniemożliwiający pogorszenie się ich właściwości i parametrów działania podczas używania zgodnego z przeznaczeniem,

na skutek transportu i przechowywania, z uwzględnieniem instrukcji i informacji podanych przez wytwórcę – dzieląc opakowanie naraża się wyroby medyczne na pogorszenie ich właściwości i parametrów gwarantowanych przez wytwórcę.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy o wyjaśnienie jakiego systemu radiologicznego Zamawiający używa do wykonywania biopsji stereotaktycznej wspomaganej próżnią.

Odpowiedź :

Przystawka stereotaktyczna do GE. SEMOGAPHE ESSEMTAL INTERVENTIONAL

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści igły firmy Hologic o poniższej specyfikacji:

Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej, wspomaganej próżnią w dwóch rozmiarach · średnica 9G, 12G · jednokanałowa · zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał mieszczący przynajmniej 15 wycinków · obrót igły w zakresie 360 stopni · trokarowy kształt ostrza igły	szt.	200
Znacznik tkankowy do igły biopsyjnej kompatybilnej z igłami średnica 9G, 12G	szt.	50
Każda igła wyposażona jest w zestaw rurek umożliwiających podłączenie igły do systemu próżniowego (Zestaw ssąco - płuczący do wykonania zabiegu umożliwiający również płukanie pobranego materiału)		
Kanister do zbiórki krwi	szt.	50
Prowadnik do igły do biopsji stereotaktycznej	szt.	50

Każdą igłę można wykorzystać zarówno do biopsji z wykorzystaniem USG jak również biopsji stereotaktycznej. Igły te są kompatybilne jedynie z systemem próżniowym firmy HOLOGIC.

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem i eksploatacją kompatybilnego z oferowanymi igłami systemu próżniowego zawarte są w cenie oferowanych igieł.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści igły o poniższej specyfikacji:

Jednorazowa igła ze znacznikiem do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej z zastosowaniem MR , sterylna z klipami wykonanymi z nieresorbuującego nitinolu (stop niklu z tytanem) w kształcie litery Q, litery X i kształcie Vision (kształt okrągłej siatki) wielkość 4,2mm x 4 mm; średnica 1,2 mm umieszczone w penie; rozmiar 18G: dł igły 10 i 12 cm, skala w cm na kaniuli igły.	szt	40
--	-----	----

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Dotyczy ust. 4 § 3 projektu umowy

W nawiązaniu do pkt1 w/w ustępu zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 5% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia.

Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy ust. 1 § 4 projektu umowy

W nawiązaniu do w/w punktu wnosimy o niewielką modyfikację w poniższego:

„Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, czyli nie dłużej niż po 1,5 h. Pod warunkiem, że zamówienie wpłynęło w godz.8.30-15.”

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy ust.1 § 6 wzoru Umowy

W nawiązaniu do w/w punktu, zwracamy się z prośbą o wydłużenie ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 96 godzin od daty otrzymania reklamacji.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11:

Z uwagi na to, że towar będący przedmiotem zamówienia pochodzi od producenta zagranicznego, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy i rozpatrzenia reklamacji do 6 dni roboczych.

W związku z tym prosimy o zmianę przyznawania punktacji wg poniżej propozycji:

Do 6 dni roboczych – 0pkt.

Do 5 dni roboczych –20 pkt.

Do 4 dnia roboczego 40pkt

Do 3 dni roboczych –60pkt.

Do 2 dni roboczych –80pkt.

Do 1 dnia roboczego -100pkt

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje zmieniony.

Oferty należy składać do dnia 30.04.2019r. do godz. 09³⁰.

Termin otwarcia ofert przypada na dzień 30.04.2019r. godz. 10⁰⁰.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
Kontraktowania Świadczeń i Rozwoju Usług,
Zagłębiowskie Centrum Onkologii,
Szpital Specjalistyczny im. S. Stankiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Agnieszka Łucot