

Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
ul. Szpitalna 13  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
fax. 032 621 20 50  
[zamowienia.publiczne@zco-dg.pl](mailto:zamowienia.publiczne@zco-dg.pl)

**Do uczestników przetargu nieograniczonego na:**

**„Dostawę oraz wymianę frontowego wyświetlacza gantry tomografu komputerowego Somatom Definition AS”**

**dot.: ZP/23/ZCOSzpSp/2019 „Dostawa oraz wymiana frontowego wyświetlacza gantry tomografu komputerowego Somatom Definition AS”**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia:

**Pytanie 1: Pytanie dot. SIWZ rozdz. V. A) 1.3 c)**

Prosimy o potwierdzenie, że wymagana dostawa ma dotyczyć dostawy części do tomografu komputerowego Somatom Definition o wartości netto nie mniejszej niż 6 800,00 zł.

Zwracamy uprzejmie uwagę, że tomograf komputerowy jest urządzeniem wysokospecjalistycznym i zaawansowanym technologicznie i może się okazać, że wykazanie się przez Wykonawcę wykazem dostawy części do dowolnego tomografu komputerowego nie potwierdzi wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wskazana kwota 6 800,00 zł jest wartością odnoszącą się do warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ.

**Pytanie 2: Pytanie dot. SIWZ rozdz. V. A) 1.3**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nabył urządzenie wraz z kompletnym oprogramowaniem użytkowym w obrębie wykupionych licencji a od Wykonawcy **oczekuje posiadania stosownych kodów** i kluczy serwisowych (które są odrębnie licencjonowane w stosunku do oprogramowania użytkowego) niezbędnych do wykonania pełnej procedury opisanej w SIWZ.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że na rynku polskim pojawili się wykonawcy, którzy twierdzą, że to po stronie Zamawiającego jest dostarczenie mu dostępu do oprogramowania serwisowego. Brak wyraźnego wskazania może skutkować problemami interpretacyjnymi, która ze stron (Zamawiający czy Wykonawca) odpowiedzialna jest za posiadanie odpowiednich licencji do korzystania z oprogramowania serwisowego, niezbędnego do wykonanie pełnej procedury przeglądowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił w umowie zakres usługi i wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania jej zgodnie z procedurami serwisowymi dla urządzenia.

**Pytanie 3: Pytanie dot. SIWZ rozdz. V. A) 1.3**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek posiadania umowy/dokumentu potwierdzającego legalność nabywania kodów serwisowych i ich używania.

Zwracamy uprzejmie uwagę, że spotykana jest praktyka oświadczania o posiadaniu kodów "ściągniętych z internetu" - pragniemy podkreślić, że dedykowane oprogramowanie serwisowe jest własnością Siemens Healthcare GmbH, posiadającym pełnię praw z zakresu praw własności intelektualnej do jego treści, a korzystanie z niego może się odbywać wyłącznie na podstawie odrębnie zawartej umowy licencyjnej. Kody licencyjne nie są udostępniane przez producenta lub jego przedstawiciela "do ściągnięcia z internetu". Podjęcie wykonania przeglądu/serwisu przez podmiot nieposiadający ww. oprogramowania może oznaczać, że podmiot ten nie wykona prawidłowo wyżej opisanej czynności, co może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia pacjentów i personelu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza.

**Pytanie 4: Pytanie dot. SIWZ rozdz. V. A) 1.3**

Czy przedmiotowe zamówienie ma wykonać osoba posiadające aktualne szkolenia wystawione przez producenta tomografu komputerowego dotyczące tego konkretnego modelu aparatu Somatom Definition czy dowolna osoba bez uprawnień?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5: Pytanie dot. zał. Nr 6 do SIWZ**

Z uwagi na procesy logistyczne u producenta przedmiotowej aparatury prosimy o odstąpienie od: „Rok produkcji od 2018r”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu „rok produkcji od 2018r.”. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6 do SIWZ, który należy uwzględnić w ofercie.

## Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

WYKONAWCA .....

Poniższe tabela określają minimalne parametry oferowanego sprzętu, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przedmiot zamówienia:</b> | <i>Dostawa oraz wymiana frontowego wyświetlacza gantry tomografu komputerowego Somatom Definition AS</i> |
| <b>Producent:</b>            |                                                                                                          |
| <b>Oferowany model:</b>      |                                                                                                          |
| <b>Kraj pochodzenia:</b>     |                                                                                                          |
| <b>Rok produkcji:</b>        |                                                                                                          |

Tabela - Formularz wymaganych parametrów technicznych

| Lp.                                                                                                   | Parametr                                                                                       | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Dostawa i wymiana frontowego wyświetlacza gantry tomografu komputerowego Somatom Definition AS</i> |                                                                                                |                   |                    |
| <b>I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>                                                                         |                                                                                                |                   |                    |
| 1                                                                                                     | Dostawa i wymiana frontowego wyświetlacza gantry tomografu komputerowego Somatom Definition AS | TAK               |                    |
| 2                                                                                                     | Część fabrycznie nowa, kompatybilna z posiadanym tomografem komputerowym Somatom Definition AS | TAK               |                    |
| 3.                                                                                                    | Gwarancja min. 6 miesięcy                                                                      | TAK               |                    |

**Uwaga:**

1) Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

**Pytanie 6: Pytanie dot. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Czy Wykonawcy, którzy mają już z Zamawiającym umownie uregulowane zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych będą mogli współpracę w zakresie niniejszego zamówienia oprzeć na zawartej już umowie?

**Odpowiedź:**

Tak, jeśli umowa nie stanowi inaczej.

**Pytanie 7: Pytanie dot. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 5**

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę, która oddaje faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych tj. prosimy o zastąpienie par. 5 poniższymi zapisami:

1. Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
2. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem <http://www.siemens.com/shs-subcontractors>. Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
3. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania
  - a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
  - b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
5. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.
6. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.
7. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy i zmienia treść § 5 na proponowane zapisy.

**Pytanie 8: Dot. SIWZ, projekt umowy**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przez Wykonawcę, w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowanych/używanych, jednakże nieodłączających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta. Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają gwarancję jak w przypadku części nowych. Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatu jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje zmieniony.**

Oferty należy składać do dnia 10.05.2019r. do godz. 08<sup>30</sup>.

Termin otwarcia ofert przypada na dzień 10.05.2019r. godz. 09<sup>00</sup>.



*Prła-Skencel*