

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot.: ZP/24/ZCOSzpSp/2019 „Dostawa wyrobów medycznych”

Działając zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 10 pozycji 2 i utworzenie dla tej pozycji niezależnego pakietu co pozwoli nam na złożenie bardziej korzystnej oferty dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Pakiet 13, poz. 19

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 3: Pakiet 13, poz. 20

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4: Pakiet 13, poz. 20

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z możliwością stosowania do 7 dni potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Pakiet 13, poz. 28

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm, worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 6: Pakiet 13, poz. 18-20,28

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 18-20,28 z pakietu 13. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pas EKG gumowy w rozmiarze 10x150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 8: Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papier z nadrukowaną siatką, w rolce o wymiarach 58mm x 25m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 9: Pakiet 13 poz. 8, 21, 27

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia w celu oceny jakości po 1 szt. próbek z 8, 21 i 27 pozycji?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 10: Pakiet 13 poz. 5-11

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z zastawką lateksową, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 11: Pakiet 13 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową skalowaną co 1ml do 40ml, co 5ml od 40ml do 100ml, co 10ml od 100ml do 500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 12: Pakiet 13 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści sony Zgłębniki żołądkowe silikonowe, przeciwoleżynowe, które zostały zaprojektowane dla odżywiania suplementarnego żołądka. Zgłębniki te mogą być rekomendowane w szeregu przypadków:

dla pacjentów nie mogących odżywiać się lub połykać pokarmów;

dla pacjentów nie mogących wziąć do ust odpowiedniej ilości pokarmu;

dla pacjentów z wrodzonymi wadami twarzy, przełyku i żołądka.

Zalety:

wykonane są w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności;

odpowiednia miękkość i doskonała elastyczność zapewniają pacjentowi większy komfort;

zwężana końcówka ułatwia wprowadzenie;


posiadają znacznik głębokości potwierdzający pozycję;

do każdego cewnika dołączona jest sterylna zatyczka cewnikowa;

sterylizowane, podwójne opakowanie;

długość 120cm

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 13: Pakiet 13 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści sondę dwunastniczą o długości 1250mm, wykonaną z medycznego PCV

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 14: Pakiet 13 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do lewatywy o poj. 1500ml z drenem łączącym zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 15: Pakiet 13 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści cewniki rektalne CH18-26 z zamkniętym końcem oraz dwoma otworami bocznymi długość 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 16: dotyczy pakietu nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o pojemności 20ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 17: dotyczy pakietu nr 13, poz. 5-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników z lateksową zastawką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 18: dotyczy pakietu nr 13, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka z podziałką co 1ml do 50ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 19: dotyczy pakietu nr 13, poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 20: pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu AVL – w rozmiarze 3 i 4. Wykonane z białego ABS. Nasadzane bezpośrednio na źródło światła (rękojeść wielorazowa), nie dające cienia. łyżki wyposażone na końcu w specjalne moduły tj zaczepy które osadzają łyżkę bezpośrednio na rękojeści. Konstrukcja pozwalająca na łatwe

wprowadzenie. Łyżka przystosowana do pracy ciągłej, możliwość szybkiej wymiany podczas pracy urządzenia. Specjalna blokada. Materiał z którego wykonana jest łyżka pozwala na widoczności 360 stopni (przezroczysty bezbarwny). Pakowana osobno. Rozmiary :
Łyżka 3 102x58x15 mm (+/- 10 mm)
Łyżka 4 120x75x30 mm (+/- 10 mm)
Oznaczenie rozmiaru umieszczone na opakowaniu przydatność do użytku (utrzymanie sterylności min 2 lata

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje zmieniony.

Oferty należy składać do dnia 28.05.2019r. do godz. 08³⁰.

Termin otwarcia ofert przypada na dzień 28.05.2019r. godz. 09⁰⁰

p.o. Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Stanisława
w Dąbrowie Górniczej
mgr (mgr zalega)