

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

„Dostawa bronchofiberoskopu”

dot.: ZP/27/ZCOSzpSp/2019 „Dostawa bronchofiberoskopu”

Działając zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Tabela - Formularz wymaganych parametrów technicznych – Lp. 3.

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bronchofiberoskopu 5,0mm x 55cm w miejsce wymaganego 5,2mm x 54cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2

Dot. załącznika nr 6, parametry techniczne pkt 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bronchofiberoskopu o długości roboczej 60 cm średnica wziernika 5,2 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3

Dot. załącznika nr 6, parametry techniczne pkt 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bronchofiberoskopu z kanałem roboczym 2,55 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4

Dot. załącznika nr 6, parametry techniczne pkt 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bronchofiberoskopu posiadającego kąt widzenia 95°

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5

Dot. załącznika nr 6, parametry techniczne

Czy Zamawiający wymaga, aby przyłączy ssaka było zamontowane na stałe bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga demontowanego przyłącza ssaka.

Pytanie nr 6

Dot. załącznika nr 6, parametry techniczne

Czy Zamawiający wymaga, aby wlot kanału biopsyjnego posiadał uniwersalne złącze typu LUER?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ,nie wymaga

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznika nr 5 – istotne warunki umowy § 7 ust. 3

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii (w dni robocze).”

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 5 – istotne warunki umowy § 7 ust. 6

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad przedmiot umowy, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym tego samego istotnego podzespołu (elementu), wynikłym nie z winy użytkownika sprzętu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznika nr 5 – istotne warunki umowy § 7 ust. 14

Prosimy o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zapewnia bezpłatny przyjazd inżyniera serwisu i diagnostyki usterki w okresie gwarancyjnym.”

Odpowiedź:

Zgodnie siwz.

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznika nr 5 – istotne warunki umowy § 8 ust. 1

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5 %.

Odpowiedź:

Zgodnie siwz.

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznika nr 5 – istotne warunki umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:

- a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
- b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby, uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar.”

Odpowiedź:

Zgodnie siwz.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje zmieniony.

Oferty należy składać do dnia 11.06.2019r. do godz. 08.30

Termin otwarcia ofert przypada na dzień 11.06.2019r. godz. 09.00

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Jankiewicza
w Dąbrowie Górniczej
dr med. Tomasz Szczępaniuk