

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 19.08.2019r

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: „Dostawa portów naczyniowych” ZP/37/ZCOSzopSP/2019

Działając zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1 dotyczy: pakiet 1,

Czy Zamawiający dopuści port o podstawie 29,9 lub 25,5mm, , bez oznaczenia CT na porcie, widocznego w promieniowaniach RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dotyczy: pakiet 1,2

Czy Zamawiający dopuści port uniwersalny do zakładania z dowolnej strony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 dotyczy: pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści port o podstawie 29,9 lub 25,5mm,, bez oznaczenia CT na porcie, widocznego w promieniowaniach RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie:

Port naczyniowy niskoprofilowy. Parametry komory: wykonana z tytanu. Parametry: waga od 5gram do 8 gram; pojemność wewnętrzna od 0,5 ml do 0,25ml; wymiary: wysokość od 9,7mm do 12,2mm, podstawa **32x 21mm** lub 26x22mm; Parametry obudowy: kołnierz z **polioksymetylen**u, 2 otwory do przyszywania portu znajdujące się od strony kaniuli wyjściowej. Parametry membrany: wykonana z silikonu; możliwość wkłucia igły do 3000 razy, średnica membrany od 9,5mm do 12,5mm.; Parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,5F (średnica zewn. Od 2,1mm do 28mm , średnica wewn. od 1,0mm do 1,6 mm) długość cewnika **600 mm** (z podziałką co 10mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrasku. Elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, 2szt zatrasku do cewnika, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przepłukiwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem (ze szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany portu) oraz zaciskiem **dołączona do zestawu oddzielnie**; strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml. Do każdego portu wymagane jest dostarczenie: poradnik dla pacjenta, poradnik do pielęgnacji portu oraz paszport portu / wszystko w języku polskim. Bezpieczne w środowisku MR, nie

Wacław

zawiera lateksu, DEHP i PCV. Możliwość stosowania pod wysokim ciśnieniem (do 325psi).Porty posiadają oznaczenie widoczne w promieniach RTG co umożliwia identyfikację portu jako przystosowanie do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, **oznaczenie określa z jaką prędkością można podawać kontrast pod pełnym ciśnieniem.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww.portu pod warunkiem, że do portu można podpiąć strzykawkę automatyczną wykorzystywana w trakcie badania TK z kontrastem

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje zmieniony.

Oferty należy składać do dnia 22.08.2019r do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert przypada na dzień 22.08.2019r godz. 10.30

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
dr n. med. Tomasz Szczepaniak