

***Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa staplerów”***

Dot.: „Dostawa staplerów”, ZP/44/ZCOSzpSp/2019

**WYJASNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

I. Pytanie 1: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1a dopuści również staplery o następujących parametrach w:

Poz. 1 Stapler liniowy z nożem w ładunku j.uż. wstępnie załadowany ładunkiem o efektywnej długości zespolenia: 61 mm do tkanki normalnej 1,5 mm lub tkanki grubej 2 mm, posiadające dwa podwójne rzędy (6 rzędów) naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, oraz blokadę uniemożliwiającą ponowne odpalenie staplera. Magazynek posiada obustronny znacznik końca cięcia. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej i wysokości zszywek 3,85mm oraz 4,50mm. Możliwość użycia 8 ładunków w obrębie jednego pacjenta (zabiegu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Poz. 2 Ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku j.uż. o efektywnej długości zespolenia: 61 mm do tkanki normalnej 1,5 mm lub tkanki grubej 2 mm, posiadające dwa podwójne rzędy (6 rzędów) naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, oraz blokadę uniemożliwiającą ponowne odpalenie staplera. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej i wysokości zszywek 3,85mm oraz 4,50mm. Magazynek posiada obustronny znacznik końca cięcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Poz. 3 Stapler liniowy z nożem w ładunku j.uż. wstępnie załadowany ładunkiem o efektywnej długości zespolenia: 81 mm do tkanki normalnej 1,5 mm lub tkanki grubej 2 mm. Posiadający dwa podwójne rzędy (6 rzędów) naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, oraz blokadę uniemożliwiającą ponowne odpalenie staplera. Magazynek posiada obustronny znacznik końca cięcia. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej i wysokości zszywek 3,85mm oraz 4,50mm. Możliwość użycia 8 ładunków w obrębie jednego pacjenta (zabiegu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Poz. 4 Ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku j.uż. o efektywnej długości zespolenia: 81 mm do tkanki normalnej 1,5 mm lub tkanki grubej 2 mm, posiadające dwa podwójne rzędy (6 rzędów) naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, oraz blokadę uniemożliwiającą ponowne odpalenie staplera. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej i wysokości zszywek 3,85mm oraz 4,50mm. Magazynek posiada obustronny znacznik końca cięcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Poz. 5 Stapler liniowy z nożem w ładunku j.uż. wstępnie załadowany ładunkiem o efektywnej długości zespolenia: 101 mm do tkanki normalnej 1,5 mm lub tkanki grubej 2 mm. Posiadający dwa podwójne rzędy (6 rzędów) naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, oraz blokadę uniemożliwiającą ponowne odpalenie staplera. Magazynek posiada obustronny znacznik końca cięcia. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej i wysokości zszywek 3,85mm oraz 4,50mm. Możliwość użycia 8 ładunków w obrębie jednego pacjenta (zabiegu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Poz. 6 Ładunek do staplera liniowego z nożem w ładunku j.uż. o efektywnej długości zespolenia: 101 mm do tkanki normalnej 1,5 mm lub tkanki grubej 2 mm, posiadające dwa podwójne rzędy (6 rzędów) naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, oraz blokadę uniemożliwiającą ponowne odpalenie staplera. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej i wysokości zszywek 3,85mm oraz 4,50mm. Magazynek posiada obustronny znacznik końca cięcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Poz. 7 Stapler liniowy z automatycznym dociskiem j.uż. z możliwością obsługi jedną ręką. Z automatyczną kompresją tkanki, w zakresie tkanki normalnej 1,5 mm i tkanki grubej 2,0 mm, posiadające dwa rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, o efektywnej długości zespolenia: 45 mm. Z automatyczną iglicą zabezpieczającą przed wysunięciem się tkanki i automatyczną blokadą, blokującą rękojeść po wyzwoleniu ładunku. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej. Wysokość zszywki przed zamknięciem dla rozmiarów: 45 mm - 3,8 mm dla tkanki cienkiej i 4,5 mm dla tkanki grubej. Wyposażony w pośrednią pozycję kompresji tkanki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Poz. 8 Ładunek do staplera automatycznego liniowego j.uż. posiadający dwa rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, o efektywnej długości zespolenia 45 mm. z automatyczną blokadą, blokującą rękojeść po wyzwoleniu ładunku. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej. Wysokość zszywki przed zamknięciem dla rozmiarów: 45 mm - 3,8 mm dla tkanki cienkiej i 4,5 mm dla tkanki grubej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Poz. 9 Stapler liniowy z automatycznym dociskiem j.uż. z możliwością obsługi jedną ręką. Z automatyczną kompresją tkanki, w zakresie tkanki normalnej 1,5 mm i tkanki grubej 2,0 mm, posiadające dwa rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, o efektywnej długości zespolenia: 60 mm. Z automatyczną iglicą zabezpieczającą przed wysunięciem się tkanki i automatyczną blokadą, blokującą rękojeść po wyzwoleniu ładunku. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej. Wysokość zszywki przed zamknięciem dla rozmiarów: 60 mm - 3,8 mm dla tkanki cienkiej i 4,5 mm dla tkanki grubej Wyposażony w pośrednią pozycję kompresji tkanki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Poz. 10 Ładunek do staplera automatycznego liniowego j.uż. posiadający dwa rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, o efektywnej długości zespolenia 60 mm. z automatyczną blokadą, blokującą rękojeść po wyzwoleniu ładunku. Zszywki wykonane z tytanu o średnicy okrągłej. Wysokość zszywki przed zamknięciem dla rozmiarów: 60 mm - 3,8 mm dla tkanki cienkiej i 4,5 mm dla tkanki grubej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza staplery w w/w parametrach.

Pytanie 2: Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę.

II. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje zmieniony.

Oferty należy składać do dnia 19.09.2019r. do godz. 08:30 .

Termin otwarcia ofert przypada na dzień 19:09.2019r. godz. 09:00.

Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Iwona Łobiejko