

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, dnia 09.12.2019r

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. "Dostawa sprzętu medycznego" ZP/71/ZCOSzpSp/2019

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Modyfikacja odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 04.12.2019r

dotyczy pkt. 1. Materace przeciwodrożynowe zmiennociśnieniowe z funkcją automatycznego doboru ciśnienia -IV stopnia 26 szt.

Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci regulacji cyklu zmiennociśnieniowego pracy co 6, 9, 12 i 25 minut?

Odpowiedź . Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 20 Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją owiewu ciała pacjenta, który dla zapewnienia większej skuteczności przeciwodrożynowej jest na stałe włączony?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 21 Czy w rozumieniu pkt 13 Zamawiający dopuści materac dopasowujący ciśnienie do pozycji pacjenta po wpisaniu wagi pacjenta do pompy z dodatkową oddzielnie załączaną pozycją siedzącą dla zapewnienia większej skuteczności przeciwodrożynowej?

Odpowiedź . Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 23 Czy w rozumieniu pkt 21 Zamawiający dopuści pompę pracującą w zakresie ciśnienia 30-80 mmHg?

Odpowiedź . Zamawiający dopuszcza nie wymaga

dotyczy pkt. 2. Materace przeciwodrożynowe z pompą ciśnieniową - II stopnia 54 szt.

Pytanie nr 34 Czy w rozumieniu pkt 15 Zamawiający dopuści pompę pracującą w zakresie ciśnienia 30-80 mmHg?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 59

Zadanie nr 3. materac przeciwodrożynowy – ad. 1 - 26 szt.:

a) ad. pkt 10 „Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikro otworki z możliwością włączenia lub wyłączenia tej funkcji.” – „Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikro otworki bez możliwością włączenia lub wyłączenia tej funkcji tzn. funkcja stała.

b) ad. pkt 7 „Dostępne czasy regulacji cyklu pracy zmiennociśnieniowej materaca co min. 10, 15, 20, 25 minut” – „Dostępne czasy regulacji cyklu pracy zmiennociśnieniowej materaca co min. 6, 9, 12, 25 minut”

c) ad. pkt 21 „Zakres manualnej regulacji ciśnienia wewnątrz materaca: od 30 do 50 mmHg +/-10 mmHg” - Zakres manualnej regulacji ciśnienia wewnątrz materaca: od 30 do 130 mmHg +/-10 mmHg

d) ad. pkt 23 „Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż minimum 12 godz.” – „Bez możliwości transportu pacjenta na materacu pozbawionym „

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że funkcja owiewu powietrzem tzw. AIRsystem wykonana jest w formie mikrootworów wykonanych w komorach materaca co praktycznie wyklucza funkcję transportową, która wymaga szczelności tych komór. Dlatego jeśli realizowana ma być funkcja transportowa to wyklucza ona zastosowanie funkcji owiewu powietrzem.

e) ad. pkt 30 „Wymiary pompy: 30 x 30 x 15 cm +/- 1 cm” czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pompę o mniejszych rozmiarach?

Odpowiedź. Od a) do e) Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 60

Zadanie nr 3. materac przeciwoleżynowy – ad.2. – 54 szt.

a) ad. pkt 15 „Zakres manualnej regulacji ciśnienia wewnątrz materaca: od 30 do 50 mmHg +/-10 mmHg” - Zakres manualnej regulacji ciśnienia wewnątrz materaca: od 30 do 130 mmHg +/-10 mmHg

b) ad. pkt 30” Wymiary pompy: 30 x 30 x 15 cm +/- 1 cm” czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pompę o mniejszych rozmiarach?

Odpowiedź : ad a) Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Odpowiedź : ad b) Zamawiający dopuszcza pompę o mniejszych wymiarach w zakresie Pakietu nr 3 poz.nr 1 natomiast w zakresie pozycji nr 2 tego Pakietu - poz. 24 (wykaz parametrów) Zamawiający wskazuje wymiary pompy – 25 x 25 x 12 cm +/- 2 cm.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert oraz wadium został przesunięty na dzień: 12.12.2019 do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych i Umów pokój 213 , w siedzibie Zamawiającego.

Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Staroszyńskiego
w Dąbrowie Górniczej
mgr Anna Łobejko

Sporządziła: Małgorzata Malinowska

Malinowska