

**Do uczestników przetargu nieograniczonego na:
Dostawę i wymiana lampy wzmacniającej w akceleratorze Truebeam™**

dot.: ZP/9/ZCOSzpSp/2019 „Dostawa i wymiana lampy wzmacniającej w akceleratorze Truebeam™”

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia:

- 1. SIWZ – dział IV „termin wykonania zamówienia” w związku z działem XIV „opis kryteriów (...)” termin dostawy (D).**
Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny termin realizacji w przedmiotowym zamówieniu wynosi 5 dni roboczych. Jeżeli Zamawiający potwierdza prosimy o odpowiednie skorygowanie zapisów SIWZ.
Odpowiedzi:
Zamawiający potwierdza, iż maksymalny termin realizacji w przedmiotowym zamówieniu wynosi 5 dni roboczych oraz koryguje zapisy SIWZ w dziale XIV „opis kryteriów”
Wykonawca może zadeklarować termin realizacji zamówienia z przedziału pomiędzy **od 1 dzień a nie dłuższy niż 5 dni roboczych**. Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach roboczych. Brak deklaracji terminu w pkt V Formularza ofertowego bądź jego określenie ponad termin maksymalny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
- 2. SIWZ – dział IV „termin wykonania zamówienia” w związku z działem XIV „opis kryteriów (...)” termin dostawy (D).**
Ponadto prosimy o skorygowanie zapisu w rodz. XIV „termin dostawy (D)” tak, że termin realizacji zamówienia należy określić w dniach roboczych.
Odpowiedzi:
Zamawiający informuje, iż koryguje zapisy w dziale XIV „opis kryteriów” na następujące:
Wykonawca może zadeklarować termin realizacji zamówienia z przedziału pomiędzy **od 1 dzień a nie dłuższy niż 5 dni roboczych**. Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach roboczych. Brak deklaracji terminu w pkt V Formularza ofertowego bądź jego określenie ponad termin maksymalny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
- 3. SIWZ – Załącznik nr 5 do SIWZ, §1**
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie numeru seryjnego akceleratora Truebeam w którym część – lampę należy wymienić.
Odpowiedzi:
Numer seryjny Akceleratora Truebeam – 1592
- 4. SIWZ – Załącznik nr 5 do SIWZ, §2 ust 7**
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację §2 ust 7 zgodnie z poniższym zapisem:
„Wykonanie Umowy zostanie potwierdzone Raportem Serwisowym, który jest podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy poświęcony na wykonanie Umowy oraz potwierdzeniem zainstalowania części.
Niezwłocznie po wykonaniu Umowy Raport Serwisowy jest przedstawiany do podpisania osobie wskazanej w ust 3 powyżej. Kopia Raportu Serwisowego pozostaje u Zamawiającego.
Jeśli podczas wymiany części- lampy, inżynier serwisu zdiagnozuje konieczność dostawy i wymiany innych części w akceleratorze Truebeam, firma Varian przedstawi Zamawiającemu ofertę na dostawę i wymianę części.”
Odpowiedzi:
Zamawiający informuje, iż zapisy §2 ust 7 otrzymuje następujące brzmienie :
„Wykonanie Umowy zostanie potwierdzone Raportem Serwisowym, który jest podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy poświęcony na wykonanie Umowy oraz potwierdzeniem zainstalowania części.
Niezwłocznie po wykonaniu Umowy Raport Serwisowy jest przedstawiany do podpisania osobie wskazanej w ust 3 powyżej. Kopia Raportu Serwisowego pozostaje u Zamawiającego.
Jeśli podczas wymiany części- lampy, inżynier serwisu zdiagnozuje konieczność dostawy i wymiany innych części w akceleratorze Truebeam, firma Varian przedstawi Zamawiającemu ofertę na dostawę i wymianę części.”
- 5. SIWZ – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz oferty, formularz cenowy pkt 5 tabeli.**
Zwracamy się z prośbą o zmianę minimalnego okresu gwarancji 12 miesięcy na 6 miesięcy.
3 miesięczna gwarancja jest gwarancją producenta - wydłużenie czasu gwarancji do 12 miesięcy wiąże się z podwyższeniem ceny oferty.
Odpowiedzi:
Zamawiający wyraża zgodę.
- 6. SIWZ – Załącznik nr 5 do SIWZ, §3 ust 1**

Z uwagi na to iż akcelerator Truebeam nie jest objęty umową serwisową, a my podejmując działania serwisowe objęte niniejszym postępowaniem działamy w zakresie dostawy i wymiany części "lampy" proponujemy usunięcie słowa „uruchomienia” i pozostawienie zapisu zgodnie z poniższą propozycją;

„Cena obejmuje: dostawę i wymianę części i wynosi: netto(słownie złotych:) do ceny zostanie doliczona kwota podatku VAT obliczona wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. „

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż §3 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie :

„Cena obejmuje: dostawę i wymianę części i wynosi: netto(słownie złotych:) do ceny zostanie doliczona kwota podatku VAT obliczona wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. „

7. SIWZ – Załącznik nr 5 do SIWZ, § 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę brzmienia §8 na poniższe:

Własność części przechodzi na zamawiającego z dniem podpisania Raportu Serwisowego, o którym mowa w § 2 ust.7.

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż § 4 otrzymuje następujące brzmienie : Własność części przechodzi na zamawiającego z dniem podpisania Raportu Serwisowego, o którym mowa w § 2 ust.7.

8. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 2 ust. 5.

Zamawiający proszony jest po treści zdania pierwszego o danie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do akceleratora TrueBeam oraz pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany przedmiot zamówienia w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie udostępni Wykonawcy infrastruktury i pomieszczeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym w terminie tam wskazanym, termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu przesunięciu.”

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż § 2 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie :

„Zamawiający zapewni odpowiednie miejsce do przechowywania dostarczonej Części i zabezpieczy je do czasu rozpoczęcia instalacji. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do akceleratora TrueBeam oraz pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany przedmiot zamówienia w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie udostępni Wykonawcy infrastruktury i pomieszczeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym w terminie tam wskazanym, termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu przesunięciu.”

9. SIWZ – Załącznik nr 1a do SIWZ, tabela

Z uwagi na to, iż akcelerator Truebeam nie jest objęty umową serwisową, a my podejmując działania serwisowe objęte niniejszym postępowaniem działamy w zakresie dostawy i wymiany części "lampy" proponujemy usunięcie słowa „uruchomienia” i pozostawienie zapisu zgodnie z poniższą propozycją: **„Montaż dostarczonych części”**.

Odpowiedzi: Zamawiający informuje , iż wykreśla słowo „uruchomienia” w tabeli w Załączniku 1a oraz przesyła zaktualizowany Załącznik nr 1a do Siwz – Formularz Cenowy celem przedłożenia do oferty.

Ż-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Śr. Starkiewicza
w Lublinie
lek. Zbigniew Grzywnowicz

WZÓR

Załącznik nr 1a

FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu :

.....
ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Dostawa i wymiana lampy wzmacniającej w akceleratorze Truebeam”

oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami o parametrach określonych poniżej:

Lp	Nazwa	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Dostawa wraz z wymianą części – lampa wzmacniająca wysokiej mocy w akceleratorze Truebeam	szt	1				
RAZEM:							

Wszystkie wartości winny być obliczone do dwóch miejsc po przecinku

Oświadczam iż przedmiot zamówienia spełnia parametry określone poniżej:

lp	Opis Parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Lampa wzmacniająca wysokiej mocy do akceleratora Truebeam	TAK	
2	W pełni kompatybilna z posiadanym akceleratorem TrueBeam firmy Varian Medical Systems	TAK	
3	Część fabrycznie nowa	TAK	
4	Montaż dostarczonych części	TAK	
5	Gwarancja min 6 miesięcy	TAK	

.....
data

.....
podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadające pełnomocnictwo

***niepotrzebne skreślić**