

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel.: 032 621 20 50/51
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 26.02.2020r

*Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa łóżek oraz materacy przeciwoleżynowych oraz szafek przyłóżkowych dla Oddziału Udarowego
oraz foteli do chemioterapii dla Oddziału Onkologii”*

*Dot.: „Dostawa łóżek oraz materacy przeciwoleżynowych oraz szafek przyłóżkowych dla Oddziału
Udarowego oraz foteli do chemioterapii dla Oddziału Onkologii” , ZP/14/ZCO/2020*

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści sprzęt fabrycznie nowy, wytworzony w grudniu 2019r?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawy sprzętu fabrycznie nowego wytworzonego w grudniu 2019r

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżka w kolorze beżowym lub niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga łóżek i szafek przyłóżkowych w kolorze niebieskim.

Zestaw pytań nr 2

**Pakiet nr 1 – łóżka intensywnej terapii, materace przeciwoleżynowe i szafki przyłóżkowe
Poz. 1 Łóżko intensywnej terapii – 6 szt.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w tej części wyrazi zgodę na termin realizacji 6 tygodni ? Termin ten jest związany z cyklem produkcyjnym tego typu wyrobów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pkt 3. Poz. 1 Łóżko intensywnej terapii dopuści łóżko, posiadające barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leżą w części pleców? Barierki zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt 6. Poz. 1 Łóżko intensywnej terapii dopuści łóżko, posiadające barierki boczne bez zintegrowanych uchwytów na worki urologiczne ? Uchwyty te zlokalizowane są na ramie leżą w części środkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt 11. Poz. 1 Łóżko intensywnej terapii dopuści łóżko, posiadające podwójne koła jezdne o średnicy 150 mm gwarantujące dobrą mobilność łóżka ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt 20. Poz. 1 Łóżko intensywnej terapii dopuści łóżko, o szerokości zewnętrznej łóżka 1000 mm ? Różnica jest minimalna w stosunku do wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pkt 21. Poz. 1 Łóżko intensywnej terapii dopuści łóżko, gdzie regulacja elektryczna wysokości leża, jest w zakresie 400 mm do 830 mm ? Łóżko posiada certyfikat CE, oraz jest certyfikowane jako wyrób medyczny, tak więc ten zakres gwarantuje bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiega „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka.

Podany przez Zamawiającego przedział, oraz sugestia, że tylko w tym zakresie łóżko jest bezpieczne dla pacjenta , jest sformułowaniem marketingowym, mającym wyróżnić produkty jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pkt 22. Poz. 1 Łóżko intensywnej terapii dopuści łóżko, gdzie Panel sterowniczy nie jest wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30° przy regulacji w dowolnym kierunku ? Funkcja ta nie ma istotnego funkcjonalnego znaczenia, nie jest wymagana przez procedury medyczne, a służy jedynie jako wyróżnienie produktu jednego z producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w pkt 23. Poz. 1 Łóżko intensywnej terapii dopuści łóżko, gdzie regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 72° ? Jest to parametr lepszy od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w pkt 24. Poz. 1 Łóżko intensywnej terapii dopuści łóżko, gdzie regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45° ? Jest to parametr lepszy od wymagań Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10**Poz. 2 Szafka przyłóżkowa – 6 szt**

Czy Zamawiający w Poz. 2 Szafka przyłóżkowa, dopuści szafkę przyłóżkową o następujących parametrach?

1. Wymiary:
Szerokość - 520 mm
Głębokość - 450 mm
Wysokość - 910 mm
2. Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym
3. Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne
4. Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l
5. Błaty szafki (główny i dodatkowy) z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów
6. Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi
7. Szafka posiada koła jezdne o $\varnothing$ 65 mm, cztery z blokadą
8. Półka na obuwiu w dolnej części szafki
9. Dodatkowy blat boczny z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 800 – 1100 mm wspomaganą sprężyną gazową. Możliwość nachylenia blatu bocznego w 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 660 x 430 mm
10. Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady
11. Czoła szuflady i szafki lakierowane proszkowo z możliwością wyboru koloru

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3**Dotyczy zadania nr 2 Fotele do chemioterapii – 4 sztuki****Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania chemioterapii z regulacją wysokości w zakresie 530 do 970 mm?

Fotele, które chcemy zaoferować mają większy zakres od wymaganego przez Zamawiającego, jednocześnie fotel, który chcemy zaoferować ma niższą wysokość minimalną co ułatwia wejście na fotel oraz wyższą wysokość maksymalną co znacznie poprawia ergonomię pracy personelu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania chemioterapii, których zakres regulacji segmentu oparcia pleców wraz z pozycją Trendelenburga wynosi -15° do 75° uzyskiwany siłownikiem elektrycznym sterowany pilotem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania chemioterapii o całkowitej szerokości wraz z podłokietnikami wynoszącej 970 mm, a szerokością siedziska 605 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania chemioterapii, posiadają całkowitą długość wynoszącą 2160 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii, którego segmenty oparcia pleców, siedziska, oraz segment nożny regulowane są elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania chemioterapii, które posiadają elektrycznie regulowaną pozycję Anty- Trendelenburga w zakresie $0-3^{\circ}$?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień:

02.03.2020 do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2020 o godzinie

10:30 w Dziale Zamówień Publicznych i Umów pokój 213 , w siedzibie Zamawiającego.


Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Standecka
w Pabrowie Górniczej
mgr Iwona Łobejko

Sporządziła: A. Kowal