

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 02.03.2020r

*Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Przeglądy sprzętu medycznego”*

Dot.: „Przeglądy sprzętu medycznego”, ZP/19/ZCO/2020

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet 3

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca winien wykonywać usługi serwisu zgodnie z instrukcjami używania urządzeń, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Newport HT 50 co 12 miesięcy lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr wlotu powietrza
- Filtr linii proksymalnej

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Newport HT 50 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator zasilający

- Akumulator rezerwowy

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Newport HT 50 co 10.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

Zestaw pompy

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Newport HT 50 wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Mikser gazów powietrze/tlen

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Newport HT 50 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga na etapie przeglądu technicznego respiratora określenia stopnia zużycia następujących części: filtra wlotu powietrza, filtra linii proksymalnej, akumulatorów: zasilającego i rezerwowego, zestawu pompy oraz miksera gazów powietrza/tlen i dopiero na tej podstawie określenia konieczności ich wymiany. Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na zakwalifikowane do wymiany części a ich ewentualna wymiana zostanie zrealizowana na podstawie odrębnego zlecenia.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aktualizacji oprogramowania EEG oraz EMG zgodnie z zaleceniami producenta, realizowanej podczas corocznych przeglądów technicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aktualizacji oprogramowania aparatów: EEG, EMG, zgodnie z zaleceniami producenta realizowanej podczas corocznych przeglądów technicznych.

Zamawiający informuje iż do § 9 wzoru umowy dodaje następujące zapisy:

10. „W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu umowy koniecznej wymiany części lub zespołu części, których brak wymiany uniemożliwia wykonanie przeglądu, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oferty cenowej na realizację naprawy w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze.”
11. „W przypadku opisanym powyżej Wykonawca wstrzyma realizację przedmiotu umowy do czasu zakończenia naprawy danego urządzenia. O zakończeniu naprawy Zamawiający bezzwłocznie zawiadomi pisemnie Wykonawcę i Strony ustalą termin dokończenia usługi i udostępnienia urządzenia.”

Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Iwona Kobjeiko