

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel.: 032 621 20 50/51
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 10.03.2020r

*Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”*

Dot.: „Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych” ZP/24/ZCO/2020

**WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1 :

Czy Zamawiający w **Pakiecie 1** w pozycji 1 zgodzi się na odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu 1 oraz wykreślenie stosownych zapisów w Umowie dotyczących wspomnianego depozytu. Do używania wyrobów zawartych w Pakiecie 1 nie jest potrzebne instrumentarium do założenia asortymentu u pacjentów, którego konieczność dostarczenia przewiduje umowa na stworzenie depozytu.

Odpowiedź :


Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Pakietu nr 1 oraz wykreślenie stosownych zapisów w Umowie dotyczących depozytu.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie 1

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw przeznaczony do pooperacyjnej autologicznej transfuzji krwi. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml z miejscem na kciuk wyposażony w zastawkę antyzwrotną dla utrzymania stałego podciśnienia oraz dren o długości 6 cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka, dren o długości 140 cm z dwoma lub czterema (w zależności od modelu) uniwersalnymi, docinanymi końcówkami, kompatybilnymi ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 do CH 18, w przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający pobieranie próbek krwi oraz podawanie antykoagulantów oraz klamra zaciskowa, worek zbiorczy na krew z filtrem 200 µm o pojemności 700 ml., skala numeryczna: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 ml, worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi oraz w zawór łączeniowy typu large-lock umożliwiający połączenie worka z zestawem transfuzyjnym, drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock służącym do szczelnego połączenia mieszka z workiem na krew, wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka oraz klamrę zaciskową. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi aparat do transfuzji Priautotrans z filtrem 10 µm lub 40 µm (w zależności od modelu) z dużą komorą kropłową oraz drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren. Sterylny, podwójnie pakowany.



Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny Im. Sz. Starkiewicza
w Pąbowie Górniczej
mgr Iwona Łobejko

Sporządziła; M.Malinowska

Wzrost: 170cm, Ciężar ciała: 65kg, Ciężar ciała: 65kg, Ciężar ciała: 65kg
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny Im. Sz. Starkiewicza
w Pąbowie Górniczej
dr n. pr. Anna Wojtyła