

*Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa obłożeń oraz odzieży jednorazowej ochronnej”*

Dot.: „Dostawa obłożeń oraz odzieży jednorazowej ochronnej”, ZP/29/ZCO/2020

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

PAKIET 3

1. **Pozycja nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń o następującym składzie i parametrach:
- 1 x nieprzelewna serweta z włókniny (dwuwarstwowy laminat PE + PP) 75 cm x 90 cm
 - 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
 - 6 x tufery gazowe, z gazy 20-nitkowej, wielkości śliwki
 - 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny (celuloza + polietylen), 75 cm x 90 cm, z otworem (15x13 cm +/- 1 cm) i przylepną krawędzią boczną
 - 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana)
 - 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana)
 - 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
 - 1 x sterylne, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2 x 5 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Opakowanie jednostkowe wyposażone w jedną, zewnętrzną, samoprzylepną, dwudzielną etykietę, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności), przy czym jedna część jest w formie kodu kreskowego. Pełny skład produktu nadrukowany jest na tylnej stronie opakowania jednostkowego a nie na samoprzylepnej etykiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 2

2. **Pozycja nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń o następującym składzie i parametrach:
- 1 x plastikowe kleszczyki, 14 cm
 - 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm
 - 6 x tufery gazowe, z gazy 20 nitkowa, wielkości śliwki (około 20 cm x 20 cm, po rozwinięciu)
 - 1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm
 - 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm
 - 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm
 - 1 x nieprzelewna serweta z włókniny 60 cm x 60 cm
 - 1 x igła podskórna, zielona, 21 G x 1 1/2 (0,8 x 40 mm) (zapakowana)

- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G x 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerką.

Opakowanie jednostkowe wyposażone w jedną, zewnętrzną, samoprzylepną, dwudzielną etykietę, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności), przy czym jedna część jest w formie kodu kreskowego. Pełny skład produktu nadrukowany jest na tylnej stronie opakowania jednostkowego a nie na samoprzylepnej etykiecie.

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 3

PAKIET 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożenia pola operacyjnego z ekranem, pionowy izolacyjny o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm)
- 1 serweta PE pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm wypełnione folią) 234 x 320 cm, z 2 workami do ssania, 1 workiem do zbierania płynów i 2 zapinkami rzepowymi velcro
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm



Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w opakowanie jednostkowe folia-papier, na opakowaniu jednostkowym jedna, zewnętrzną, samoprzylepną, dwudzielną etykietę, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 4

PROJEKT UMOWY

- § 8, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- ust.1 pkt b) - do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto.
- ust.2 - do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto.

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5

2. Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przewidziane, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie 1 – pakiet 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 1 poz. 16 – podkłady i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia

przemieszczania się i pozostawiania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP). Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>)

Odpowiedź :

Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ oraz złożenia oferty w postaci elektronicznej. Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otarcia ofert został przesunięty na 02.04.2020r.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 2

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia oferty w zakresie Pakietu nr 2 na pozycje. Jednym z głównych założeń nowelizacji ustawy z 2016 roku było dążenie ustawodawcy do podziału zamówień na jak najmniejsze części, w celu zwiększenia konkurencyjności między wykonawcami oraz dostępu do zamówień dla mniejszych przedsiębiorstw.

Opisanie 11 pozycji (w tym specjalistyczne obłożenia typu ProcedurePack) w jednym pakiecie, skutecznie blokuje możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co zaś skutkuje ograniczeniem zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż rozwiązanie takie pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 1 niżej opisanego pokrowca?

Pokrowce foliowe na przewody,

Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa teleskopowo złożona z taśmą do mocowania na końcu i 2 pierścieniami bezlateksowymi ułatwiającym zakładanie. Wykonana z folii PE o grubości 50µm. Duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego. Łatwe montowanie. Rozmiar: 25x250cm

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 2 niżej opisanego pokrowca?

Pokrowce na kończynę, sterylne, Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę /krótka/ o wymiarach 22x75, wykonana z mocnego nieprzemakalnego kratonu (materiał podobny do neoprenu) z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, służąca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo 2 taśmy lepne do zamocowania osłony na kończynie, kolor niebieski.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 3 niżej opisanego pokrowca?

Pokrowce na aparaturę, sterylne

Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy 90cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o grubości min. 40µm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw serwet do cesarskiego cięcia, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu PE+PP o gramaturze 60g/m2 nieprzemakalności 165cm H₂O.. Skład zestawu: serweta główna 180/250x330cm w kształcie litery

T z otworem 36x36cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem 18x16cm, otoczony workiem na płyny z organizatorami przewodów i 2 portami - 1 szt., serweta z miękkiego materiały służąca do owinięcia dziecka 75x120cm - 1szt, serweta na stół instrumentalny 150 x 190 cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm - 1 szt., serwetki włókninowe do rąk 30,5x34cm - 4 szt, taśma mocująca 9x50cm - 1szt.

Wyrób biogodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie spełnia wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06.

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z min. numerem katalogowym, nr serii, datą ważności produktu, identyfikacją dostawcy

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw serwet do cesarskiego cięcia, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu PE+PP o gramaturze 60g/m2 nieprzemakalności 165cm H₂O.. Skład zestawu: serweta główna 230x330cm w kształcie prostokąta z otworem 36x36cm wypełnionym folią chirurgiczną, otoczonym workiem na płyny z organizatorami przewodów i 2 portami - 1 szt., serweta z miękkiego materiały służąca do owinięcia dziecka 75x120cm - 1szt, serweta na stół instrumentalny 150 x 190 cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm - 1 szt., serwetki włókninowe do rąk 30,5x34cm - 4 szt, taśma mocująca 9x50cm - 1szt.

Wyrób biogodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie spełnia wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06.

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z min. numerem katalogowym, nr serii, datą ważności produktu, identyfikacją dostawcy

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

Uniwersalny zestaw serwet sterylny, nieprzemakalny

Zestaw serwet uniwersalnych, wykonany z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): 165 cm H₂O oraz wytrzymałości na rozerwanie 168 Kpa. W/w parametry dotyczą pozycji: a,b,c,h

Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne:

a) serweta - ekran anestezyjologiczny 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.

b) serweta dolna 180 x 180 cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety- 1 szt.

c) serwety boczne 75 x 90cm wykończone taśmą samoprzylepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt.

d) pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o minimalnej grubości 60µm, warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o gramaturze 85 g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): 165cm oraz wytrzymałości na rozerwanie 168Kpa. Rozmiar: 79cm x 145cm -1 szt.

e) ściereczki chłonne o wymiarach 30,5x34 cm, wykonana z bardzo chłonnej włókniny celulozowej, o gramaturze 55 g/m2, służąca do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym, kolor biały. - 2 szt.

f) taśmy włókninowe 9 x 50cm - 1szt.

h) serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, (stanowiąca owinięcie) wykonana z folii PE z wzmocnieniem włókninowym 75x190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. Wyrób biogodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie spełnia wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06.

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z min. numerem katalogowym, nr serii, datą ważności produktu, identyfikacją dostawcy

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

Uniwersalny zestaw do obłożenia biodra

Jednorazowy zestaw serwet sterylnych do operacji biodra, wykonany z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m², z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (całkowita gramatura 140g/m²), odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): 165 cm H₂O oraz wytrzymałości na rozrywanie 168 Kpa. W/w parametry dotyczą pozycji 1,2.

Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:

- 1) 1 serweta 260x230 z wycięciem w kształcie litery "U" o dł. 85 cm, litera "U" otoczona taśmą samoprzylepną, z dodatkowym padem chłonnym 50x100cm i organizatorami przewodów
- 2) Serweta na ekran anestezyjologiczny 150x300cm z taśmą samoprzylepną w środkowej części, z padem chłonnym 15x50cm i organizatorami przewodów
- 3) Pokrowiec na kończynę 36 x 120 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60g/m², odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) 165cm słupa wody oraz wytrzymałości na rozrywanie 168 Kpa,
- 4) 2 szt. taśmy do mocowania - samoprzylepna włóknina dł. 50cm, szerokość 9cm
- 5) pokrowiec na stół Mayo wykonany z folii PE o minimalnej grubości 60µm, warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o gramaturze 85 g/m², odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): 165cm oraz wytrzymałości na rozrywanie 168Kpa. Rozmiar: 79cm x 145cm -1 szt.
- 6) serweta pomocnicza 100x150cm

serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, (stanowiąca owinięcie) wykonana z folii PE z wzmocnieniem włókninowym 75x190cm, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): 165cm oraz wytrzymałości na rozrywanie 168Kpa - przykrycie na stół instrumentalny - 1 szt. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie spełnia wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06.

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z min. numerem katalogowym, nr serii, datą ważności produktu, identyfikacją dostawcy

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 7 niżej opisanej serwety?

Pokrowce na stół Mayo sterylne, nieprzemakalne z chłonną warstwą, złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, wym. 79x145cm

Sterylna serweta na stół Mayo wykonany z folii PE o minimalnej grubości 60µm, warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o gramaturze 85 g/m², odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): 165cm oraz wytrzymałości na rozrywanie 168Kpa. Rozmiar: 79 x 145cm. Kolor niebieski

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 8 niżej opisanej serwety?

Serwety operacyjne, sterylne z nieprzemakalnego laminatu o wym. 75x90cm

Serweta sterylna wykonana z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 60g/m², nieprzemakalności 165cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie 168Kpa. Wymiar serwety: 75 x 90cm. Kolor niebieski

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 9 niżej opisanej serwety?

Serweta operacyjna, sterylna z nieprzemakalnego laminatu o wym. 50x 60cm

Serweta sterylna wykonana z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 60g/m², nieprzemakalności 165 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie 168kPa. Wymiar serwety: 50 x 60cm z otworem Ø 6x8cm . Kolor niebieski

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 10 i 11 do oddzielnego pakietu? rozwiązanie takie pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- miska plastikowa dwukomorowa 1000ml – 1 szt
- strzykawka 2 ml – 1 szt
- strzykawka 5ml – 1 szt
- serweta z podfoliowana 50x60cm – 1 szt
- tupfery włócinowe 30/30 – 5szt
- pean metalowy ju 14cm – 1 szt
- serweta epiduralna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m2 75x80cm z otworem przylepnym 6x15cm – 1 szt
- kompresy gazowe 17n, 8w 7,5x7,5cm – 10szt

Komponenty umieszczone w misce i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym wyposażonym w etykietę w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu. Etykieta nie posiada odklejanych etykiet TAG.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

1. Serweta podfoliowana 45x75cm – 1 szt
2. Serweta dwuwarstwowa o gramaturze 60g/m2 o wymiarach 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm – 1 szt
3. Taca medyczna o wymiarach 27 x 13,5 x 2,5cm – 1 szt
4. Pęseta anatomiczna Adson 12 cm – 1 szt
5. Iglotrzymacz Mayo Hegar 14cm – 1 szt
6. Nożyczki Iris ostre, zagięte 11cm – 1 szt
7. Kompresy włókninowe 7,5 x 7,5cm – 5 szt
8. Zabezpieczenie ostrza – 2 szt

Składniki zestawu (2,4,5,6,7,8) umieszczone w tacy medycznej (poz. 3), owinięte w serwetę (poz. 1) i umieszczone w opakowaniu papier-folia. Na opakowaniu 2 etykiety TAG zawierające nr REF, LOT, datę ważności i nazwę identyfikującą dostawcę

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytań nr 4**Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę przesunięcie terminu składania ofert w związku z dużą ilością próbek potrzebną do oceny jakości w w/w przetargu?

Odpowiedź :

Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 02.04.2020r

Pytanie nr 2

2. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3

Pytania dot. asortymentu:

Pakiet 2

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną w rozmiarze 320x180 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 4

poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie sterylnej zestawy serwet uniwersalnych z samoprzylepną jednokomorową kieszenią foliową 40 x 30 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 5

Poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do artroskopii stawu kolanowego o składzie:
w składzie:

- serweta do artroskopii 320 x 240 cm z dodatkową warstwą chłonną powyżej otworu, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6cm, zintegrowana z workiem na płyny wyposażonym w zawór do spuszczenia płynów i kształtkę do formowania brzoju – 1 szt.,
- pokrowiec na kończynę 37 x 75 cm – 1 szt.,
- serweta na stół Mayo w kolorze niebieskim (składany teleskopowo) 80 x 145 cm – 1 szt.,
- taśma medyczna 9 x 50 cm – 3 szt.,
- dren o śr. 8 mm i długości 150 cm – 1 szt.,
- korecang plastikowy 24cm – 1 szt.,
- ostrze chirurgiczne nr 11 z nasadką – 1 szt.,
- pojemnik na płyny 250ml – 1 szt.,
- serweta włókninowa SMS 80cm x 90cm – 2 szt.,
- serweta włókninowa SMS 210cm x 160cm – 1 szt.,
- osłona foliowa na przewody 15 x 250cm – 2 szt.,
- opaska elastyczna z zapinką 12cm x 5m – 1 szt.,
- kompresy z gazy 17N 8W 10cm x 10cm – 20 szt.,
- kompres tracheotomijny 7,5x7,5 cm z włókniny 40g/m2, 4W z wycięciem „Y” – 1 kompres na dren po zabiegu artroskopowym; 2 kompres na dodatkowy dren po zabiegu rekonstrukcji więzadeł – 2 szt.,

- podkład podgipsowy typu Matosoft SYNTHETIC 15cm x 3 m – do opatrunku uciskowego typu “kokon” po zakończonym zabiegu – 1 szt.,
- całość zawinięta w serwetę służącą do przykrycia na stół instrumentalny 150 x 190 cm – 1 szt., Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 6

Pakiet 3

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczuleń przewodowych o składzie:

- serweta z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2 w rozm. 60x80 z otworem o śr. 8cm i przylepcem wokół otworu , wzdłuż krótszego brzegu dodatkowy przylepiec – 1 szt.,
- miska nerkowa – 1 szt.,
- pęseta plastikowa 13 cm – 1 szt.
- kompresy z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5 cm – 10 szt.,
- serweta foliowana 75 x 90 cm służąca do zawinięcia zestawu – 1 szt.?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytania dot. projektu umowy:

Pytanie nr 7

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 8

2. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie nr 9

3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, iż dodaje w §9 ust. 2a który otrzymuje brzmienie :
„2a. W sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stawka podatku VAT określona w § 5 ust. 3, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy z zakresie kwoty podatku VAT i w konsekwencji odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, poprzez obliczenie tych kwot w oparciu o nową stawkę podatku VAT”

Pytanie nr 10

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa w § 8 ust. 1 „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Zestaw pytań nr 5

Pytanie 1, dotyczy pakietu 2 pozycja 1.

Czy zamawiający dopuści do postępowania:

Pokrowce foliowe na przewody,

Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa teleskopowo złożona z taśmą do mocowania na końcu i kartonikiem ułatwiającym zakładanie. Wykonana z folii PE o minimalnej grubości 0,03 mm. Duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego. Łatwe montowanie.

Rozmiar: 14 x 250 cm?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2, dotyczy pakietu 2 pozycja 2.

Czy zamawiający dopuści do postępowania:

Pokrowce na kończynę, sterylne, Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę /krótka/ o wymiarach 22 x 75 cm, wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze nie mniej niż 99 g/m², min. nieprzemakalności 100 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie min. 100 kPa. Służąca do zabiegu artroskopii kolana. ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 3, dotyczy pakietu 2 pozycja 4:

Czy zamawiający dopuści do postępowania:

Sterylny zestaw serwet do cesarskiego cięcia, wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 122 g/m² nieprzemakalności minimum 100cm H₂O. Skład zestawu: serweta główna 175/250x300 cm z otworem 32x38cm wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem 18x16 cm, otoczony workiem na płyny z dwoma zaworkami i dwoma organizernami przewodów - 1 szt., serweta na stół instrumentalny 150 x 190 cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm - 1 szt., serwetki włókninowe do rąk 18x25 cm – 4 szt. kocyk dziecięcy biały 90x120 cm, Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06.

Na opakowaniu odklejana min 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 4, dotyczy pakietu 2 pozycja 5:

Czy zamawiający dopuści do postępowania:

Uniwersalny zestaw serwet sterylny, nieprzemakalny

Zestaw serwet uniwersalnych, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną o gramaturze nie mniej niż 73 g/m², minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): =>200 cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min 90 Kpa. W/w parametry dotyczą pozycji: a,b,c,h

Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne:

a) serweta - ekran anestezyjologiczny 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.

b)serweta dolna 175 x 175 cm wykończona taśmą samoprzylepną- 1 szt.

c) serwety boczne 75 x 90 cm wykończone taśmą samoprzylepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt.

d) pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna z laminatu min.dwuwarstwowego, nieprzemakalnego,o gramaturze nie mniej niż 56 g/m², minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): =>100 cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 80 Kpa. Rozmiar: 79 cm x 145cm -1 szt.

e) ściereczki chłonne o wymiarach min.18x25 cm, wykonana z bardzo chłonnej włókniny, o gramaturze min. 40 g/m², służąca do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz osuszania jałowych powierzchni, kolor biały. - 4 szt.

f) taśmy włókninowe 9 x 49 cm - 1szt.

g) serweta owinięcie z laminatu minimum dwuwarstwowego

Rozmiar: 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-

10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06.

Na opakowaniu odklejana min 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 5, dotyczy pakietu 2 pozycja 6:

Czy zamawiający dopuści do postępowania:

Uniwersalny zestaw do obłożenia biodra

Jednorazowy zestaw serwet sterylnych do operacji biodra, wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze nie mniej niż 56g/m², min. nieprzemakalności 150 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie min. 190 Kpa. W/w parametry dotyczą pozycji 1,2.

Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:

- 1) 1 serwetka 260 x 200 z wycięciem w kształcie litery "U" o dł. 102 cm , litera "U" otoczona taśmą samoprzylepną 102 cm
 - 2) Serwetka na ekran anestetyczny otoczona taśmą samoprzylepną o wymiarach 300 x 175 cm
 - 3) Pokrowiec na kończynę min. 32 x 120 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o minimalnej nie mniej niż 99 g/m², , odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): =>100mm słupa wody oraz wytrzymałości na rozrywanie minimum 100 Kpa,
 - 4) 2 szt. taśmy do mocowania - samoprzylepna włóknina dł. 49 cm, szerokość 9cm
 - 5) Serwetka na stolik Mayo wykonany z folii PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o gramaturze nie mniej niż 56 g/m² - 79 x 145cm
- Całość owinięta w serwetkę 150 x 190 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze nie mniej niż 56g/m², odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) : =>100mm słupa wody oraz wytrzymałości na rozrywanie minimum 40 Kpa. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06.

Na opakowaniu odklejana min 2 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 6, dotyczy pakietu 2 pozycja 7:

Czy zamawiający dopuści do postępowania:

Pokrowce na stolik Mayo sterylne, nieprzemakalne z chłonną warstwą, wym. 79x145cm

Sterylna serwetka na stolik Mayo wykonany z folii PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna z laminatu minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, o gramaturze nie mniej niż 56 g/m² nieprzemakalnego, nieprzemakalności min. 100 cmH₂O i wytrzymałości na rozrywanie min. 80 Kpa. Rozmiar: 79 x 140cm. Kolor niebieski lub zielony.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 7, dotyczy pakietu 2 pozycja 9:

Czy zamawiający dopuści do postępowania:

Serwetka operacyjna, sterylna z nieprzemakalnego laminatu o wym. 45x75 cm

Serwetka sterylna wykonana z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze nie mniej niż 56g/m², min. nieprzemakalności 100 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie min. 65 Kpa. Wymiar serwetki: 45 x 75 cm z otworem Ø 7 cm . Kolor niebieski lub zielony

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 8, dotyczy pakietu 2 pozycja 10:

Czy zamawiający dopuści do postępowania:

Oślona na ramie C - sterylny zestaw na aparat RTG wykonany z folii polietylenowej o grubości 50 mikronów, o wymiarach 152x265 cm, zabezpieczająca cały aparat RTG.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 9, dotyczy pakietu 2 pozycja 11:

Czy zamawiający dopuści do postępowania:

Sterylny zestaw do artroskopii stawu kolanowego

- a) serweta do artroskopii 320 x 230 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 5 i 7 cm, zintegrowana z workiem na płyny wyposażonym w zawór do spuszczenia płynów – 1 szt.,
- b) pokrowiec na kończynę 22 x 75 cm – 1 szt.,
- c) serweta na stół Mayo w kolorze niebieskim 79 x 145 cm – 1 szt.,
- d) ręczniki włókninowe do rąk 18x25 cm – 2 szt.,
- e) samoprzylepna jednokomorowa kieszeń foliowa 40 x 35 cm,
- f) taśma medyczna 9 x 49 cm – 3 szt.,
- g) dren o śr. 10 CH 80 cm – 1 szt.,
- h) korecang plastikowy min. 24cm – 1 szt.,
- i) ostrze chirurgiczne nr 11 z nasadką – 1 szt.,
- j) pojemnik na płyny 250ml – 1 szt.,
- k) serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 75cm x 90cm – 2 szt.,
- l) serweta chirurgiczna trójwarstwowa 240cm x 150cm – 1 szt.,
- m) osłona foliowa na przewody 14 x 250cm – 2 szt.,
- n) opaska elastyczna z zapinką 12cm x 5m – 1 szt.,
- o) kompresy z gazy 17N 8W 10cm x 10cm – 20 szt.,
- p) kompres tracheotomijny 7,5x7,5 cm z włókniny 40g/m², 4W z wycięciem „Y” – 1 kompres na dren po zabiegu artroskopowym; 2 kompres na dodatkowy dren po zabiegu rekonstrukcji więzadeł – 2 szt.,
- q) podkład podgipsowy syntetyczny 15cm x 2,7 m – do opatrunku uciskowego typu „kokon” po zakończonym zabiegu – 1 szt.,
- r) całość zawinięta w serwetę służącą do przykrycia na stół instrumentalny 150 x 190 cm – 1 szt.,

Zestawy zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Sterylizacja EO. Wymaga się raportu walidacji oraz certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez producenta. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni o gramaturze min. 55g/mkw i budowie folia polietylenowa i włóknina chłonna chłonności minimum 100 cm H₂O. Każdy zestaw powinien posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Sporządziła : Małgorzata Malinowska