

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, dnia 14.01.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. "Dostawa sprzętu medycznego" ZP/3/ZCO/2020

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw I

Pytania do pakietu nr. 1 – Kardiomonitoring 6 szt.

Parametry techniczne, pkt. 6. Czy zamawiający dopuści kardiomonitoring z zapisem trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 120 godzin z rozdzielczością 1 minuta, z możliwością rozbudowy o zapis krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pomiar EKG, pkt. 9. Czy zamawiający będzie wymagał kardiomonitorów z możliwością ustawienia jednostki pomiarowej pomiaru odcinka ST w mm oraz mV??

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pomiar Respiracji, pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring z alarmem bezdechu regulowanym w zakresie od 10 do 40 s? Alarmowanie przy bezdechu trwającym ponad 40 sekund może nastąpić zbyt późno.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pomiar Saturacji (SpO2), pkt. 8. Czy zamawiający dopuści kardiomonitoring bez wskaźnika identyfikującego sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP), pkt. 6. Czy zamawiający dopuści kardiomonitoring z zakresem programowania interwałów w trybie Auto 1-480 minut? Programowanie trybu automatycznego pomiaru w odstępach powyżej 480 minut (8 godzin!) jest nieuzasadnione, gdyż mankiet do pomiaru ciśnienia w tak długim czasie może się przesunąć / poluzować, w związku z tym taki automatyczny pomiar może być niedokładny.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP), pkt. 9 Czy zamawiający dopuści kardiomonitoring z pamięcią ostatnich 1000 wyników pomiarów NIBP? Jest to wystarczająca ilość wyników pomiarów do analizy stanu zdrowia jednego pacjenta

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP), pkt. 10 Czy zamawiający dopuści kardiomonitoring bez funkcji monitorowania dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego? Powyższe dane mogą być analizowane na podstawie zachowywanych w pamięci kardiomonitora trendów mierzonych parametrów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Inne parametry pkt. 9 Czy zamawiający dopuści kardiomonitoring z możliwością zapisu oraz eksportu danych pacjenta na nośniku USB z funkcją szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Inne parametry pkt. 10 Czy zamawiający dopuści kardiomonitoring bez możliwości wprowadzenia grupy krwi do danych demograficznych pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Inne parametry pkt. 22 Czy zamawiający dopuści kardiomonitoring wyposażone w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii w którym wyłączenie trybu stand-by umożliwia kontynuowanie monitorowania tego samego pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Piotr

R

Inne parametry pkt. 27 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z aktualizacją oprogramowania poprzez złącze RJ-45? Jest to bezpieczniejsza metoda aktualizacji oprogramowania niż w przypadku uszkodzenia nośnika USB

Odp. Zamawiający dopuszcza

Inne parametry pkt. 30 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wbudowanego portu do pomiaru etCO₂, z możliwością przyszłej rozbudowy o pomiar etCO₂? Oferowanie rezerwowego portu CO₂ w przypadku braku pomiarów CO₂ przez użytkownika niepotrzebnie zwiększa koszt urządzenia

Odp. Zgodnie z SIWZ

Ad. VIII. Możliwości rozbudowy pkt. 2 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o Inwazyjny pomiar ciśnienia bez pomiaru wartości SPV?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytania do pakietu nr. 2 – Pulsoksymetr 6 szt.

Parametry techniczne, pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wadze z akumulatorem: 2,5 kg?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Parametry techniczne, pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiary szerokość x głębokość x wysokość: 178mm x 150mm x 260mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Parametry techniczne, pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zasilaniem awaryjne z wewnętrznego akumulatora na 3 godziny pracy z możliwością rozbudowy o akumulator na 8 godzin pracy?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Parametry techniczne, pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z dokładnością pomiaru: Dzieci/dorośli

Od 70% do 100%: ± 2 [%]

Od 0% do 69%: nieokreślona

Noworodki

Od 70% do 100%: ± 3 [%]

Od 0% do 69%: nieokreślona

Odp. Zamawiający dopuszcza

Parametry techniczne, pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z dwoma trybami wyświetlania: wartości liczbowe z krzywą pletyzmograficzną, wartości liczbowe z krótkimi trendami?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Parametry techniczne, pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z możliwością zawieszenia alarmów o stały czas (2 minuty)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Parametry wyświetlania, pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z przegłędem trendów tabelarycznych i graficznych z ostatnich 5000 pomiarów przy rozdzielczości 30 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Parametry wyświetlania, pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z krótkim trendem z ostatnich 5 Pomiarów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pozostałe parametry, pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez możliwości podłączenia do drukarki, z możliwością rozbudowy o rejestrator termiczny oraz z możliwością podłączenia do centralnego systemu monitorowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza

SIWZ, IV. Termin wykonania zamówienia. Czy Zamawiający dopuści w zakresie pakietu nr. 2 termin wykonania zamówienia do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zestaw II

Pytanie nr 1, dot. pakiet 1 – Kardiomonitor:

dot. Parametry techniczne Punkt 1 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o masie 5 kg? Waga oferowanego kardiomonitora nieznacznie odbiega od tej którą wymaga zamawiający. Jest to bardzo niska waga biorąc pod uwagę, że kardiomonitor jest wyposażony w 15 calowy ekran. Z praktycznego punktu widzenia zastosowanie nieco cięższego kardiomonitora nie będzie miało wpływu na użyteczność urządzenia.

Odpowiedź :

Fiete

A

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2, dot. pakiet 1 – Kardiomonitor:

dot. Parametry techniczne Punkt 6 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zapis trendów wszystkich mierzonych parametrów odpowiednio 720 godzin z rozdzielczością 10 minut i 72-godziny z rozdzielczością 1 minuta oraz 2 godziny mini trendów z rozdzielczością 1 sekunda? Urządzenie tworzy trendy wszystkich monitorowanych parametrów ze znacznikiem czasu rzeczywistego i umożliwia przegląd trendów na wyświetlaczu graficznym, z wydrukiem w postaci wykresów i wartości liczbowych zawartych w tabelach. Kardiomonitor umożliwia jednocześnie wyświetlanie na wyświetlaczu wartości liczbowych monitorowanych parametrów w trybie czasu rzeczywistego oraz trendów tych wartości. Czas trwania trendu wynosi do 720 godzin i jest uzależniony od rozdzielczości odpowiednio 18 h/15s, 36 h/30 sekund, 72 h/1min, 144 h/2min, 360 h/5 min, 720 h/10min. Czas trwania i częstotliwość minitrendów wynosi 30, 60, 120 minut, z rozdzielczością 1 sekunda. Powyższe wartości są w pełni wystarczające do wygodnej i komfortowej pracy z kardiomonitorami przy zachowaniu wszelkich potrzebnych zakresów. Dłuższy czas archiwizacji trendów nie ma uzasadnienia klinicznego i nie jest wykorzystywany w praktyce.

Odpowiedź :

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3, dot. pakiet 1 – Kardiomonitor:

dot. Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) Punkt 6 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru NIBP od 1 do 480 minut? Oferowany przez nas kardiomonitor dokonuje pomiaru w trzech trybach: ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny jest regulowany interwałem czasu w zakresie 1 – 480 minut. Kardiomonitor prezentuje na ekranie wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Zaawansowane menu pozwala na wstępne ustawianie ciśnienia pompowania mankieta. Oferowany przez nas kardiomonitor spełnia wszelkie wymagania dotyczące pomiaru NIBP wykorzystywane w praktyce.

Odpowiedź :

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4, dot. pakiet 1 – Kardiomonitor:

dot. Inne parametry Punkt 20 – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający „trybu prywatnego”? Funkcja ta nie jest wykorzystywana w praktyce oraz jest oferowana przez konkretnego producenta co znacząco ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu większości producentów, jest to niezgodne z zasadami konkurencyjności.

Odpowiedź :

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5, dot. Działu IV Termin wykonania zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30 dni?

Odpowiedź :

Odp. Zgodnie z siwz.

Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Irena Kabejko

Sporządziła: Małgorzata Malinowska

Malinowska

