

Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
ul. Szpitalna 13  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
Tel.: 032 621 20 50/51  
[zamowienia.publiczne@zco-dg.pl](mailto:zamowienia.publiczne@zco-dg.pl)

Dąbrowa Górnicza, 09.04.2020r

**Do uczestników przetargu nieograniczonego  
„Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”**

*Dot.: „Dostawa osprzętu do wieży artroskopowej, zestawu do pozyskiwania komórek macierzystych z krwi i szpiku i zestawu do autotransfuzji z rany pooperacyjnej, śrub Herberta oraz implantów” ZP/34/ZCO/2020*

**WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

**Zestaw pytań nr 1**

**Pytanie nr 1 :**

w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.03.2020r., Dz. U. 2020, poz. 433 z późn. zm.) Stryker, zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia - na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego - racjonalizacji procedur zamówień publicznych poprzez przeprowadzenie **wyżej wymienionego postępowania o zamówienie publiczne w formie elektronicznej. Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronach UZP: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>**

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast formę komunikacji elektronicznej w zakresie innych dokumentów Zamawiający dopuścił w rozdziale VII ust. 1A SIWZ.

**Zestaw pytań nr 2**

**Pytanie 1**

Bardzo proszę o informację , czy w pakiecie Nr.5 „Implanty do stabilizatora na miednicę“ mogą być w ofercie zmienione rozmiary PINu stalowego:

**Rozmiary PIN przetarg**

6mmx200mmx55mm,  
6mmx250mmx85mm  
5mmx120mmx30mm  
5mmx160mmx35mm  
5mmx200mmx45mm  
5mmx160mmx55mm  
5mmx200mmx65mm

**Proponowane rozmiary PIN**

6mmx220mmx60 mm  
6mmx240mmx60 mm  
6mmx120mmx30 mm  
6mmx160mmx40 mm  
6mmx200mmx50 mm  
6mmx160mmx50 mm  
6mmx200mmx60 mm

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Dyrektor  
Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
w Dąbrowie Górniczej  
  
mgr Iwona Łobajko

Sporządziła; M.Malinowska

Wzrostek Działu Zamówień Publicznych  
Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
w Dąbrowie Górniczej  
dr n. pr. Anna Wojtczyk

