

*Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej w
Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej”*

*Dot.: „Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej w Oddziale Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej i Neurologicznej” ZP/38/ZCO/2020*

**WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy


Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1


Pakiet nr 2 Stół terapeutyczny z elektryczną regulacją wysokości – 4 szt.

Proszę o informację - co zamawiający rozumie przez nazwę banany

- czy wg zamawiającego banany to wycięcie i zatyczka na twarz zagłówku i leżu głównym ?



- Czy banany to elementy z leża głównego jak niżej , które można zdemontować i zaślepić otwory?



Odpowiedź :

Zamawiający informuje, iż banany służące do trakcji to elementy leża które można zdemontować i zaślepić / drugi rysunek/.

Sporządziła : M.Malinowska

Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Iwona Łobejko