

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel.: 032 621 20 50/51
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 18.02.2020r

*Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych Radiometer”*

Dot.: „Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych Radiometer” ZP/6/ZCO/2020

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Dotyczy: załącznika nr 5 „Wzór umowy” §3 podpunkt nr 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę godzin dostawy do apteki szpitalnej z godz. 08:00 – 11:30 na godz. 08:00-15:00 z uwagi na to, iż dostawy są realizowane przez zewnętrzną firmę kurierską i Wykonawca nie ma wpływu na dostarczenie do tak wczesnej pory.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy: załącznika nr 5 „Wzór umowy” §3 podpunkt nr 6

Zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu: „Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, czyli nie dłużej niż po 1,5 h z podaniem pozycji, które nie zostaną zrealizowane na następny dzień i podaniem przyczyny tej sytuacji.” z uwagi na to iż, dostawa ma nastąpić do 3 dni roboczych a nie do 24h.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Dotyczy: załącznika nr 5 „Wzór umowy” §3 podpunkt nr 9

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu doręczenia faktury korygującej z 3 dni na 10 z uwagi na to, iż operator pocztowy (Poczta Polska) za pomocą którego są wysyłane faktury korygujące nie ma w swojej ofercie tak krótkiego terminu doręczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Dotyczy: załącznika nr 5 „Wzór umowy” §3 podpunkt nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie termin wymiany wadliwej partii towaru na wolną od wad do 5 dni roboczych, iż dostawy są wysyłane z naszej centrali w Dani i realizacja w przeciągu 3 dni roboczych nie jest możliwa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Dotyczy: załącznika nr 5 „Wzór umowy” §3 podpunkt nr 10

Czy Zamawiający dopuści 3 miesięczny termin ważności odczynników przy możliwości złożenia co rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie? Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności (30 dni na pokładzie analizatora), co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Dotyczy: załącznika nr 5 „Wzór umowy” §3 podpunkt nr 11

Oferowane przez naszą firmę odczynniki i materiały eksploatacyjne są oznaczone na opakowaniu między innymi nazwą handlową producenta, numerem serii, datą ważności, sposobem przechowywania. Powyższe dane nie są podawane w języku polskim ponieważ stosowane oznaczenia są uniwersalne i rozpoznawalne na całym świecie. Poniżej przedstawiamy przykład oznaczenia opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Prosimy Zamawiającego o możliwość dopuszczenia dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych oznakowanych w uniwersalny sposób. Nazwy handlowe opakowań są takie same jak na wystawianych fakturach oraz dokumentach WZ. W środku każdego opakowania znajduje się ulotka w języku polskim.

Pytanie nr 7

Dotyczy: nr. 1a „Formularz cenowy”

Prosimy o doprecyzowanie ilości następującego towaru.

- Papier do drukarki – wymaganie Zamawiającego 10 sztuk. Informujemy że wymagany produkt pakowany jest w niepodzielne opakowanie zawierające 8 rolek papieru. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 10 x 8 rolek opakowań czy innej ilości.
- Kalibrator hemoglobiny - wymaganie Zamawiającego 16 sztuk. Informujemy że wymagany produkt pakowany jest w niepodzielne opakowanie zawierające 4 ampułki płynu kalibracyjnego. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 16 opakowań x 4 ampułki, czy 16 ampulek tj. 4 opakowania.
- Kapilary do gazometrii - wymaganie Zamawiającego 1250 sztuk. Informujemy że wymagany produkt pakowany jest w niepodzielne opakowanie zawierające 250 kapilar. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 1250 sztuk tj. 5 opakowań kapilar czy innej ilości.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż należy wycenić asortyment za sztukę, a Zamawiający będzie składał zamówienie w oparciu o dostępne opakowanie zbiorcze

Pytanie nr 8

Dotyczy: załącznika nr 5 „Wzór umowy” §3 pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień: **24.02.2020 r.**
do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2020 r. o godzinie 10:30 w Dziale
Zamówień Publicznych i Umów pokój 213, w siedzibie Zamawiającego.



Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
Zagłębiowska 10b
41-200 Dąbrowa Górnicza



Sporządził: M. Marcinowicz
Mamona JPS