

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania „Dostawa łóżek oraz materacy przeciwoleżynowych oraz szafek przyłóżkowych”

Znak sprawy: ZP/67/ZCO/2020

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw I:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu przedstawienia wykazu wykonanych usług? Zgoda Zamawiającego pozwoli na udział młodej firmy, która posiada w swoim asortymencie wysokiej jakości sprzęt spełniający wymagania Zamawiającego, jednak dopiero pojawiła się na rynku sprzedaży łóżek i nie może wykazać się wspomnianymi referencjami.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Zestaw II:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko zabezpieczone listwami odbojowymi? Jest to rozwiązanie spełniające dokładnie te same funkcje, co krążki odbojowe.

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści bariery boczne składane poniżej poziomu materaca?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści indywidualną blokadę kół?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy w rozumieniu punktu 13 i 16 Zamawiający dopuści regulację wysokości w szerszym zakresie tj., 460-720 mm?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 10 tygodni?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zmniejszy kary umowne za opóźnienie dostawy do 0,2% za dzień?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Zestaw III

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, ze szczytami bez możliwości blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.
Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza



Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi aluminiowymi, z elementami tworzywowymi?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi poniżej poziomu materaca?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z elementami łączenia (barierka zawiera elementy aluminiowe i tworzywowe)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi nie wspomaganymi sprężyną gazową?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 870 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z swiz.,

Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołem szuflady lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych 620 (szerokość ze złożonym blatem bocznym) x 460 (głębokość) x 810 (wysokość) mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytnymi do otwierania drzwiczek i szuflady nieznacznie wystającymi poza obrys szafki?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytnymi na ręczniki umieszczonymi na tylnej części szafki, bez możliwości ich składania do korpusu szafki?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 350-910 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14 Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia lub dokona innego jego wydłużenia?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Zestaw IV

Ad. punktu: Konstrukcja materaca pozwala na łatwą, szybką wymianę komór. Komory materaca pojedynczo wymienne.

Pytanie 1 : Czy Zamawiający również wymaga, aby materac posiadał tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne wypinanie każdej komory materaca celem realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Ad. punktu: Materac kompatybilny z pompą Dyna.

Pytanie 2 :Czy Zamawiający wymaga samego materaca przeciwoleżynowego, który powinien być kompatybilny z pompą Dyna?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga samego materaca , który jest kompatybilny z pompą Dyna?

Zestaw V

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżka intensywnej terapii, materace przeciwoleżynowe i szafki przyłóżkowe dla Oddziału Gastroenterologii – 13 kpl.

Pytanie 1 : Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści szczyty łóżka wyjmowane os trony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu od strony nóg przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia przypadkowego wypadnięcia szczytu?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 2: Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści barierki boczne składane poniżej poziomu materaca, nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 3: Czy (w pkt. 9 i 10) Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji Trendelenburga dostępna za pomocą jednego przycisku, pozycji anti-Trendelenburga dostępna za pomocą jednego przycisku, pozycja „krzesła kardiologicznego” dostępna za pomocą jednego przycisku, funkcja CPR (reanimacyjna) dostępna za pomocą jednego przycisku; pilot posiadający możliwość blokady (za pomocą klucza magnetycznego) przez personel funkcji zaawansowanych (Trendelenburg, anti-Trendelenburg, pozycja „krzesła kardiologicznego, pozycja CPR) w celu udostępnienia pacjentowi funkcji podstawowych tj. regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości?

Odpowiedź : Nie

Pytanie 4 : Czy (w pkt. 13 i 16) Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 41 – 81,5 cm?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 5 : Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców w zakresie 0° – 65°?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 6 : Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wymiary leża pod materac 200 x 85 cm?

Odpowiedź : Nie

Pytanie 7: Prosimy (w pkt. 27) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby materac przeciwodrażny był aktywny, czy pasywny?

Odpowiedź : Pasywny



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Zestaw VI

Pytanie 1:

- Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było sterowane mechanicznie ?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 2:

- Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było sterowane elektrycznie ?

Odpowiedź : Nie

Pytanie 3:

- Czy Zamawiający może doprecyzować, czy łóżko jest ze stałą wysokością , czy regulowaną ?
Jeśli regulowaną to z jakim zakresie

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż zakres regulacji wysokości to od min 40-do 80 cm +/- 5 cm.

Pytanie 4 :

Punkt 17

- Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 195x85 cm ?

Odpowiedź : Nie

Zestaw VII

Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi tworzywowymi, opuszczanymi w wygodny sposób, który nie wymaga stosowania sprężyny gazowej?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 2 : Czy Zamawiający dopuści łóżko z indywidualną blokadą kół?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 3 : Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 42-76cm?

Odpowiedź : Tak

Zestaw VIII

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, którego szczyty nie posiadają dodatkowej blokady zabezpieczającej przed wyjęciem?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, wyposażone w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża?

Odpowiedź Zgodnie z siwz

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, którego barierki boczne składane są wzdłuż leża, poniżej poziomu materaca?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, którego barierki boczne nie są jednorodne?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, którego system zwalniania barierek nie wymaga stosowania sprężyny gazowej?

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, bez dodatkowego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem regulacji?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, którego koła posiadają blokady indywidualne?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, o wymiarach:

- długość całkowita: 2180mm
- szerokość całkowita: 990mm

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, którego wysokość regulowana jest elektrycznie w zakresie: od 430mm do 680mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 10.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, którego segment oparcia pleców regulowany jest elektrycznie w zakresie: 0-70°?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 11.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko sterowane elektrycznie, o wymiarach leża:

- długość: 1930mm,
- szerokość: 880mm,

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 12.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową lekką, odporną na dezynfekcję, wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo oraz płyty meblowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 13.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, której czoła szuflady i drzwiczek wyposażone są w aluminiowe uchwyty do otwierania, nieznacznie wystające poza obrys szafki?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 14.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, bez uchwytów na ręczniki?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 15.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, która z uwagi na dostępność blatu bocznego wyłącznie po jednej stronie stosowana powinna być po jednej stronie łóżka?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 24.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, o wymiarach:

- wysokość: 850mm,
- szerokość: 520mm,
- głębokość: 400mm,
- regulacja wysokości blatu bocznego: 790-1030mm,

Odpowiedź: Tak


Pytanie 17.

Dotyczy pakietu 1. Łóżka, materace i szafki przyłóżkowe – 13kpl. Pkt. 27.


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac szpitalny w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, niepalnym o grubości 10cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Poniżej zdjęcia poglądowe łóżka i szafeczki, które chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Poniżej zdjęcia poglądowe łóżka i szafeczki, które chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Zamawiający modyfikuje nazwę Pakietu nr 1 na następującą:

Pakiet nr 1 – łóżka szpitalne, materace przeciwdoleźynowe i szafki przyłóżkowe dla Oddziału Gastroenterologii

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Kontrola Toków i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka
mgr Agnieszka...

Sporządziła : M.Malinowska



Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

Anna Wojczyk
dr n. pr. Anna Wojczyk