

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 09.09.2020r

*Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i
Neurologicznej”*

*Dot.: „Dostawa wyposażenia sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i
Neurologicznej” ZP/76/ZCO/2020*

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Pakiet nr 1

Pytanie nr 1

Pkt nr10 - Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości 45-95 cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2

Pkt 7 i 16 (regulacja za pomocą ramy i pilot nożny) nie mogą być stosowane jednocześnie. Czy Zamawiający dopuści stół z odstępianiem od pkt nr 16?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od zapisu pkt nr 16.

Pytanie nr 3

Pkt 4 i 18 i 19 nie mogą być stosowane jednocześnie. Otwór na twarz oraz otwory na banany wykluczają bezzwową tapicerkę. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu z pkt 4 – bezzwowa tapicerka?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4

Pkt 19 - Czy Zamawiający może doprecyzować wymiary klina i wałka oraz ilości ich sztuk przypadających na 1 stół?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje: 1 szt -klin – rozmiar 50x35x20 , 1 szt - wałek - rozmiar 60x15

Pakiet nr 2

Pytanie nr 1

Pkt 16, 7 i 17 nie mogą być stosowane jednocześnie. Otwory na banany wykluczają bezzwową tapicerkę. Czy Zamawiający odstąpi od części wymogu z pkt 16 – bezzwowa tapicerka?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2

Pkt 7 i 19 Czy Zamawiający może podać ile otworów na banany powinien posiadać stół i gdzie powinny się one znajdować?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje : 2 szt bananków

Pytanie nr 3

Pkt 19 - Czy Zamawiający może doprecyzować wymiary klinów, wałków i półwałków oraz ilości ich sztuk przypadających na 1 stół?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje : 1 szt półwałek o wymiarach 60x15x15cm. Zamawiający rezygnuje z klinów, klinów Kaltenborna i wałków.

Zestaw pytań nr 2**Pakiet nr 1 Stół terapeutyczny z elektryczną regulacją wysokości – 4 szt.****Pytanie 1.**

W opisie przedmiotu zamówienia wymagany jest do stołu pilot ręczny i nożny do elektrycznego sterowania wysokością oraz sterowanie ramą wokół stołu w jego dolnej części.

Czy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości leżyska tylko za pomocą pilota ręcznego?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści stół spełniający wszystkie parametry techniczne wyszczególnione w opisie z nieco mniejszym zakresem regulacji zagłówka 400 do 700.

Przy zastosowaniu podanej tolerancji jest minimalna różnica kątowa nie mająca wpływu na codzienną pracę terapeuty.

Odpowiedź :

Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści stół z systemem jezdny w postaci 2 kółek i 2 antypoślizgowych stopek?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany stół posiadał uchwyt na ręcznik papierowy ?

Odpowiedź :

Nie

Pytanie 5

Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga zaoferowania ze stołami dodatkowego wyposażenia które znacznie podniesie cenę oferowanych stołów ?

Jeżeli tak to proszę o doprecyzowanie ilości i wymiarów:

Z powodów technologicznych w stołach dwusekcyjnych nie ma możliwości zamontowania 3 bananków w związku z tym czy Zamawiający dopuści stół z 2 bananami ?

Klin 1 szt. jaki rozmiar ?

Np. Np.: Szerokość x długość x wysokość 40 x 30 x 12 cm lub 50 x 35 x 20 cm lub 70 x 60 x 25 cm

Wałki – ile sztuk i jaki rozmiar?

Np. długość x szerokość: 60cm x 15 cm lub 60cm x 20 cm lub 100 x 25 cm lub 100cm x 50 cm,

Odpowiedź :

Zamawiający rezygnuje z dodatkowego wyposażenia tj. bananków. Natomiast wymaga z dodatkowego wyposażenia -

- klin – 1 szt o rozmiarze : 50x35x20cm

- wałek – 1 szt o rozmiarze: 60cmx20cm

Pakiet nr 2 - Stół terapeutyczny z elektryczną regulacją wysokości i ustawienia Pivota**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści stół spełniający wszystkie parametry techniczne wyszczególnione w opisie z mniejszym zakresem elektrycznej regulacji ustawienia stołu

w pozycji Pivota do 30° ?

Prawdopodobnie nastąpiła pomyłka ponieważ według naszej wiedzy jako wieloletniego producenta stołów nie występuje na rynku stół z elektryczną regulacją funkcji Pivota w zakresie przez Państwa podanym równocześnie spełniając pozostałe wymagania.

Odpowiedź :

Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga zaoferowania ze stołami dodatkowego wyposażenia które znacznie podniesie cenę oferowanych stołów ?

Jeżeli tak to proszę o doprecyzowanie ilości i wymiarów:

Banank - ile sztuk ? – w trzysiekcyjnych stołach istnieje możliwość zainstalowania max. 3 szt. bananków

Klin Kaltenborna mały (dł. 15,5 cm x szer. 10 / 7 cm x wys. 2 / 5 cm,) 1 szt.

Klin Kaltenborna duży (dł. 20 cm x szer. 10 cm x wys. 4,5 / 8 cm,) 1 szt.

Kliny – ile szt.? i jaki rozmiar

Np.: Szerokość x długość x wysokość 40 x 30 x 12 cm lub 50 x 35 x 20 cm lub 70 x 60 x 25 cm

Wałki – ile sztuk i jaki rozmiar?

Np. długość x szerokość: 60cm x 15 cm lub 60cm x 20 cm lub 100 x 25 cm lub 100cm x 50 cm,

Półwałki - ile sztuk i jaki rozmiar?

Np. długość x szerokość x wysokość: 60cm x 15cm x 10cm mm lub 60cm x 15cm x 15cm mm

Odpowiedź :

Zamawiający rezygnuje z dodatkowego wyposażenia tj. z :klinów, wałów, klinów Kaltenborna. Natomiast wymaga z dodatkowego wyposażenia :

- bananki – 2 szt

- półwałek – 1 szt- o rozmiarach 60x15x15 cm

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści stół spełniający wszystkie parametry techniczne wyszczególnione w opisie z nieco mniejszym zakresem regulacji zagłówek 40⁰ do 70⁰.

Przy zastosowaniu podanej tolerancji jest minimalna różnica kątowa nie mająca wpływu na codzienną pracę terapeuty.

Odpowiedź :

Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany stół posiadał uchwyt na ręcznik papierowy ?

Odpowiedź :

Nie

Pakiet nr 3 Ergometry rowerowe – 2szt.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści ergometr o dopuszczalnej wadze użytkownika 130 kg

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści ergometr o wymiarach: 93 x 51 x 150 cm

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza .

Pakiet nr 5 - Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem x 2szt

Pytanie1

Czy Zamawiający dopuści tablicę o wymiarach 73cmx53cm i regulacji wysokości od 40cm do 63cm. ?

Zapis regulacji wysokości tablicy jest niezrozumiały.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści tablicę wyposażoną w 4 obciążniki o wadze min. 25 dkg ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza .

Zamawiający w załączeniu przekazuje aktualny Załącznik nr 5 – specyfikację techniczną oferowanego sprzętu celem załączenia do oferty.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania
i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

mgr Agnieszka Kocot

Sporządziła : M.Malinowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Starkiewicza
w Dąbrowie

dr n. o. Anna Wojczyk

Załącznik nr 5**Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu****Pakiet nr 1 Stół terapeutyczny z elektryczną regulacją wysokości – 4 szt.**

Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2020r	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Stół terapeutyczny z dwudzielnym leżem i elektryczną regulacją wysokości	Tak	
2.	Stabilna konstrukcja, wytrzymała rama ze stali	Tak	
3.	Rama malowana odporna na obicia i zarysowania	Tak	
4.	Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, bezszwowa tapicerka	Tak	
5.	Regulacja wysokości	Tak	
6.	Regulacja zagłówka	Tak	
7.	Pilot ręczny	Tak	
8.	Regulacja wysokości stołu za pomocą ramy	Tak	
9.	Długość stołu 200cm +/- 10cm	Tak, podać	
10.	Szerokość stołu 70cm +/- 5cm	Tak, podać	
11.	Wysokość stołu 100cm +/- 10cm	Tak, podać	
12.	Regulacja zagłówka – 85 ⁰ + 45 ⁰ +/- 10 ⁰	Tak, podać	
13.	Wybór koloru tapicerki	Tak, podać	
14.	Obciążenie stołu 250kg +/- 50kg	Tak, podać	
15.	System jezdny z hamulcem	Tak	
16.	Uchwyt ręcznik papierowy	Tak	

17.	Zaślepka do otworu na twarz	Tak	
18.	Dodatkowe wyposażenie: Pas do stabilizacji Klin – 1 szt 50x35x20cm Walek –1 szt – 60x15cm	Tak, podać	
19.	Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych	Tak	
Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu			
1	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
2	Serwis pogwarancyjny	Tak	
3	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	Tak	
4	W okresie gwarancji w przypadku awarii aparatu wymiana na sprzęt tej samej klasy na czas naprawy.	Tak	
5	Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do podjęcia reakcji serwisu oraz usunięcia awarii, usterki w terminie max 48 godzin w dni robocze oraz w terminie max 72 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia awarii	Tak	
6	Instrukcja w języku polskim oraz paszport techniczny	Tak	
7	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski	Tak	

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (\leq lub \geq) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2) Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu

3) Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

.....
Data i podpis

Pakiet nr 2 Stół terapeutyczny z elektryczną regulacją wysokości i ustawienia Pivot

Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2020r	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1	Stół terapeutyczny trzy częściowy, z elektryczną regulacją wysokości, ustawieniem Pivot do 30 ⁰	Tak	
2.	Konstrukcja stabilna i solidna	Tak	
3.	Podnózek i zagłówek regulowany sprężyną gazową	Tak	
4.	Sterowany elektrycznie	Tak, podać	
5.	Zagłówek z odpowiednio wyprofilowanym otworem na twarz, zaślepka otworu	Tak, podać	
6.	Stół z systemem jezdny z 2 kółkami i 2 stopkami	Tak, podać	
7.	Otwory na bananki, relingi na pasy	Tak, podać	
8.	Wyposażony w elektryczną regulację wysokości i funkcję łamania leża	Tak, podać	
9.	Sterowany elektrycznie pivot	Tak, podać	
10.	Długość 200cm +/- 10cm	Tak, podać	
11.	Szerokość 70 cm +/- 5cm	Tak, podać	
12.	Regulacja wysokości 100cm +/- 5cm	Tak, podać	
13.	Regulacja zagłówek -85 ⁰ , +35 ⁰ +/-10 ⁰	Tak, podać	
14.	Regulacja do pozycji Pivota 50 ⁰ +/- 5 ⁰	Tak, podać	
15.	Regulacja podnóżka 85 ⁰ +/- 10 ⁰	Tak, podać	
16.	Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, bezszwowa tapicerka	Tak	
17.	Możliwość wyboru koloru tapicerki	Tak, podać	
18.	Uchwyt do pasa stabilizującego pacjenta	Tak	

19.	Reling do mocowania pasa oraz otworki na bananki	Tak	
20.	Uchwyt do mocowania papieru	Tak	
21.	Pilot nożny	Tak	
22.	Wyposażenie: Bananek – 2szt Półwałki – - 1 szt- 60 x15x15 cm	Tak, podać	
23.	Obciążenie stołu 250 kg +/- 50kg	Tak, podać	
Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu			
8	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
9	Serwis pogwarancyjny	Tak	
10	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	Tak	
11	W okresie gwarancji w przypadku awarii aparatu wymiana na sprzęt tej samej klasy na czas naprawy.	Tak	
12	Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do podjęcia reakcji serwisu oraz usunięcia awarii, usterki w terminie max 48 godzin w dni robocze oraz w terminie max 72 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia awarii	Tak	
13	Instrukcja w języku polskim	Tak	
14	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski	Tak	

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2) Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu

3) Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

.....
Data i podpis

Pakiet nr 3 Ergometry rowerowe – 2szt.

Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2020r	

WYMAGANIA OGÓLNE

1.	Ergometr posiadający niskie wejście i pozwalający na płynny ruch	Tak	
2.	Regulacja siodełka i kierownicy	Tak, podać	
3.	Rolki transportowe	Tak	
4.	System hamowania magnetyczny	Tak, podać	
5.	System napędu pas klinowy	Tak, podać	
6.	Regulacja oporu	Tak, podać	
7.	Waga koła zamachowego 9kg +/- 1kg	Tak, podać	
8.	Pedały antypoślizgowe	Tak, podać	
9.	Pedały z zapięciami	Tak, podać	
10.	Zasilanie 230V	Tak	
11.	Wymiary Wysokość – 140cm +/- 10cm Szerokość - 60cm +/- 5cm Długość - 100cm +/- 10cm	Tak, podać	
12.	Funkcje: Dystans Czas Prędkość Tętno Programy treningowe	Tak, podać	
13.	Waga użytkownika 200kg +/- 50kg	Tak, podać	
14.	Wyświetlacz standardowy	Tak, podać	
Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu			
7	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
8	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	Tak	

9	W okresie gwarancji w przypadku awarii aparatu wymiana na sprzęt tej samej klasy na czas naprawy.	Tak	
10	Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do podjęcia reakcji serwisu oraz usunięcia awarii, usterki w terminie max 48 godzin w dni robocze oraz w terminie max 72 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia awarii	Tak	
11	Instrukcja w języku polskim	Tak	
12	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski	Tak	

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (\leq lub \geq są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2) Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu

3) Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

.....
Data i podpis

Pakiet nr 4 Rower rehabilitacyjny poziomy

Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2020r	

WYMAGANIA OGÓLNE

1.	Rower poziomy posiadający niskie wejście i pozwalający na płynny ruch oraz cichą pracę	Tak	
2.	Regulacja siodełka i kierownicy	Tak, podać	
3.	Rolki transportowe	Tak	
4.	System hamowania	Tak, podać	
5.	System napędu	Tak, podać	
6.	Regulacja oporu	Tak, podać	
7.	Waga koła zamachowego 7kg +/- 1kg	Tak, podać	

8.	Pedały antypoślizgowe	Tak, podać	
9.	Pedały z zapięciami	Tak, podać	
10.	Zasilanie 230V	Tak	
11.	Wymiary Wysokość – 130cm +/- 20cm Szerokość - 65cm +/- 5cm Długość - 160cm +/- 10cm	Tak, podać	
12.	Funkcje: Dystans Czas Prędkość Tętno Programy treningowe	Tak, podać	
13.	Waga użytkownika 200kg +/- 50kg	Tak, podać	
14.	Wyświetlacz standardowy	Tak, podać	
Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu			
7	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
8	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	Tak	
9	W okresie gwarancji w przypadku awarii aparatu wymiana na sprzęt tej samej klasy na czas naprawy.	Tak	
10	Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do podjęcia reakcji serwisu oraz usunięcia awarii, usterki w terminie max 48 godzin w dni robocze oraz w terminie max 72 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia awarii	Tak	
11	Instrukcja w języku polskim	Tak	
12	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski	Tak	

Uwaga:

1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (\leq lub \geq) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2) Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu

3) Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

.....
Data i podpis

Pakiet nr 5 - Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem x 2szt

Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2020r	

WYMAGANIA OGÓLNE

1.	Blat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem	Tak	
2.	Konstrukcja tablicy wykonana jest z drewna i stali.	Tak	
3.	Tablica wyposażona w 5 obciążniki o wadze min. 30 dkg	Tak, podać	
4.	Uchwyt dłoni do ćwiczeń oporowych zginania i prostowania stawów	Tak, podać	
5.	Kłapka do zginania nadgarstka grzbietowego lub dłoniowego	Tak, podać	
6.	Spirala pionowa	Tak, podać	
7.	Koło drewniane	Tak, podać	
8.	Sprzęty wyposażone w linkę do zawieszania obciążników	Tak	
9.	Długość 80cm +/- 10cm	Tak, podać	
10.	Szerokość 60cm +/- 5cm	Tak, podać	
11.	Wysokość 80cm +/- 70cm	Tak, podać	
Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu			
18.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
19.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	Tak	
20.	W okresie gwarancji w przypadku awarii aparatu wymiana na sprzęt tej samej klasy na czas naprawy.	Tak	
21.	Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do podjęcia reakcji serwisu oraz usunięcia awarii, usterki w terminie max 48 godzin w dni robocze oraz w terminie max 72 godzin w dni świąteczne licząc od momentu zgłoszenia awarii	Tak	
22.	Instrukcja w języku polskim oraz paszport techniczny	Tak	

23	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski	Tak	
----	--	-----	--

Uwaga:

- 1) Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (\leq lub \geq) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
- 2) Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu
- 3) Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

.....
Data i podpis