

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Do uczestników przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę obłożeń oraz odzieży jednorazowej ochronnej”

dot.: ZP/100/ZCOSzpSp/2018 „Dostawę obłożeń oraz odzieży jednorazowej ochronnej”

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie 1. Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2. Pakiet 1, poz. 1,2,3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3. Pakiet 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 4. Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, pakowany po 100 szt. w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 5. Pakiet 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 6. Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 7. Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 8. Pakiet 1, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny

produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 9. Pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 10. Pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 11. Pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 12. Pakiet 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 13. Pakiet 1, poz. 11

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 14. Pakiet 1, poz. 11

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w tali, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w tali, niesterylizowany?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 15. Pakiet 1, poz. 11

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 16. Pakiet 1, poz. 16

Czy zamawiający dopuści gramaturę 25 g/m², pozostawia bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 17. Pakiet 1, poz. 16

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 18. Pakiet 1, poz. 1-4,9-11,16-17

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4,9-11,16-17 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 19. Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane po 100szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 20. Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w worek foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 21. Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w worek foliowy a'100szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 22. Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepki z napotnikiem wykonanym z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 23. Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki typu „furażerka” z trokami. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, po wywinięciu część przednia tworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem. Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 24. Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z folii o grubości 0,02mm pakowane pojedynczo w woreczek foliowy, w kartonikach zbiorczych po 100szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 25. Pakiet 1 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 26. Pakiet 1 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w części szyjnej z zapięciem na rzep o szer. 3cm, długości 13cm i 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie siwz.

Pytanie 27. Pakiet 1 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długościach dla M-124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie siwz.

Pytanie 28. Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o pyleniu 2,5log₁₀?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 29. Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ze wzmocnieniem o gramaturze 38g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 30. Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ze wzmocnieniem z przodu o długościach odpowiednio: M-92cm, L-102cm, XL-113cm, XXL-132cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie siwz.

Pytanie 31. Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ze wzmocnieniem na rękawach o długościach odpowiednio: M-32cm, L-34cm, XL-34cm, XXL-34cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie siwz.

Pytanie 32. Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 66cmH₂O, w strefie nie krytycznej min. 50,5cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie siwz.

Pytanie 33. Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 34. Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 35. Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu niepalności - I klasa palności wg 16 CFR 1610? Pragniemy zaznaczyć, iż wymóg ten nie powinien mieć zastosowania ponieważ podczas zabiegu, gdy występuje ryzyko zapalenia, operator winien mieć założony na ten komplet fartuch chirurgiczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 36. Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem o długości 5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 37. Pakiet 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści podkłady ochronne 50cm x 50m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 38. Pytania dot. SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę przesunięcie terminu składania ofert w związku z dużą ilością próbek potrzebną do oceny jakości w w/w przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin został zmieniony na dzień 25.01.2019r.

Pytania dot. asortymentu:

Pytanie 39. Pakiet nr 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepek chirurgicznego w całości wykonanego z gładkiej włókniny, w rozmiarze uniwersalnym pakowanego w kartoniki po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 40. Pakiet nr 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych w kartoniki po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 41. Pakiet nr 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 42. Pakiet nr 1, poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 20g/m² w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 43. Pakiet nr 1, poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 44. Pakiet nr 1, poz. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej jednorazowego użytku z nieroszącą szybką, trójwarstwową, wiążaną na troki, pełnobarierową, hypoalergiczną, antystatyczną, w rozmiarze uniwersalnym, w kolorze zielonym, pakowaną w kartoniki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 45. Pakiet nr 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych pokrowców foliowych na przewody w rozmiarze 13 x 235 cm wykonanych z folii PE o grubości 0,04 mm, wyposażone w taśmę do mocowania na jednym końcu oraz ułatwiającą aplikację kartonik z wycięciem do mocowania przewodu na drugim końcu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 46. Pakiet nr 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych pokrowców foliowych na przewody pakowanych harmonijkowo? Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 47. Pakiet nr 2, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na aparaturę o średnicy 68cm wykonanego z folii PE o grubości 41µm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 48. Pakiet nr 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu serwet do cesarskiego cięcia w skład którego wchodzi serweta w rozmiarze 320 x 180 cm zamiast 280x 180 cm? Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 49. Pakiet nr 2, poz. 5: Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², min. odporności na przenikanie cieczy 250 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie pow. 150 kPa o składzie:

- serweta górna z przylepcem 150 x 240 cm - 1 szt.
- serweta dolna z przylepcem 180 x 170 cm – 1 szt.,
- serwety boczne z przylepcem 75 x 90 cm – 2 szt.,
- serweta na stolik Mayo w kolorze niebieskim (składany teleskopowo) 80 x 145 cm – 1 szt.,
- ręczniki włókninowe do rąk 20 x 40 cm – 2 szt.,
- samoprzylepna jednokomorowa kieszeń foliowa 40 x 30 cm
- taśma medyczna 9 x 50 cm – 1 szt.,
- całość zawinięta w serwetę służącą do przykrycia na stół instrumentalny 150 x 190 cm – 1 szt.,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 50. Pakiet nr 2, poz. 6: Czy można zaoferować sterylne obłożenie do operacji stawu biodrowego z wycięciem U wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² min. odporności na przenikanie cieczy 250 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie pow. 150 kPa o składzie:

- serweta górna 260 x 240 cm z wycięciem w kształcie U 20x100cm i przylepcem - 1 szt.
- serweta dolna z przylepcem 240 x 150 cm – 1 szt.,
- pokrowiec na kończynę 37 x 120 cm – 1 szt.,
- serweta na stolik Mayo w kolorze niebieskim (składany teleskopowo) 80 x 145 cm – 1 szt.,

- ręczniki włókninowe do rąk 20 x 40 cm – 2 szt.,
- samoprzylepna jednokomorowa kieszeń foliowa 40 x 30 cm,
- taśma medyczna 9 x 50 cm – 6 szt.,
- całość zawinięta w serwetę służącą do przykrycia na stół instrumentalny 150 x 190 cm – 1 szt.,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 51. Pakiet nr 2, poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwetki na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (folia PE i warstwa chłonna z włókna) o wytrzymałości na rozciąganie pow. 80 kPa. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 52. Pakiet nr 2, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki operacyjnej z otworem 8 x 6 cm? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 53. Pakiet nr 2, poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do artroskopii stawu kolanowego wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² min. odporności na przenikanie cieczy 250 cm H₂O, wytrzymałości na rozciąganie pow. 150 kPa o składzie:

w składzie:

- serwetka do artroskopii 320 x 240 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6cm, zintegrowana z workiem na płyny wyposażonym w zawór do spuszczenia płynów i kształtkę do formowania brzegu – 1 szt.,
- pokrowiec na kończynę 37 x 75 cm – 1 szt.,
- serwetka na stolik Mayo w kolorze niebieskim (składany teleskopowo) 80 x 145 cm – 1 szt.,
- taśma medyczna 9 x 50 cm – 3 szt.,
- dren o śr. 8 mm i długości 150 cm – 1 szt.,
- korek plastikowy 24cm – 1 szt.,
- ostrze chirurgiczne nr 11 z nasadką – 1 szt.,
- pojemnik na płyny 250ml – 1 szt.,
- serwetka włókninowa SMS 80cm x 90cm – 2 szt.,
- serwetka włókninowa SMS 210cm x 160cm – 1 szt.,
- osłona foliowa na przewody 15 x 250cm – 2 szt.,
- opaska elastyczna z zapinką 12cm x 5m – 1 szt.,
- kompresy z gazy 17N 8W 10cm x 10cm – 20 szt.,
- kompres tracheotomijny 7,5x7,5 cm z włókna 40g/m², 4W z wycięciem „Y” – 1 kompres na dren po zabiegu artroskopowym; 2 kompres na dodatkowy dren po zabiegu rekonstrukcji więzadeł – 2 szt.,
- podkład podgipsowy typu Matosoft SYNTHETIC 15cm x 3 m – do opatrunku uciskowego typu „kokon” po zakończonym zabiegu – 1 szt.,
- całość zawinięta w serwetę służącą do przykrycia na stół instrumentalny 150 x 190 cm – 1 szt.,

Do zestawu dodatkowo wycenione zostaną fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L oraz XL wykonane z włókna typu SMS o gramaturze 35g/m² zapinane przy szyi na rzep posiadające na rękawach oraz w przedniej części wzmocnienia o gramaturze 40g/m²

Zestawy zgodne z EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Sterylizacja EO. Raport walidacji i rewalidacji procesu sterylizacji wydany przez producenta wyrobu gotowego.

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 54. Pakiet 3, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczuleń przewodowych o składzie:

- serwetka z włókna typu SMS o gramaturze min. 35g/m² w rozm. 60x80 z otworem o śr. 8cm i przylepcem wokół otworu, wzdłuż krótszego brzegu dodatkowy przylepiec – 1 szt.,
- miska nerkowa – 1 szt.,
- pęseta plastikowa 13 cm – 1 szt.,
- kompresy z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5 cm – 10 szt.,
- serwetka foliowana 75 x 90 cm służąca do zawinięcia zestawu – 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 55. Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

2. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż par.2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Ceny określone w formularzu cenowym nie podlegają waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną

zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT po złożeniu oferty:

- podwyższenie stawki podatku VAT spowoduje zwiększenie wynagrodzenia brutto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen netto, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 - obniżenie stawki podatku VAT spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia brutto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen netto, na co Wykonawca wyraża zgodę.
- Cena netto przedmiotu umowy, jak również wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy"

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa w § 3 ust. 4 „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę modyfikację zdania w § 3 ust. 6 na następujące (lub podobne): „Opóźnienie w płatnościach do 60 dni kalendarzowych nie daje Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem niniejszej umowy jak również odstąpienia od niej”?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy co najmniej do godziny 13:00?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nr serii i data ważności zawarte były na dokumencie WZ dostarczonym wraz z fakturą?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

9. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 odnośnik 1 wzoru umowy słowa „10% łącznej wartości zamówionej partii towaru” zostały zastąpione „10% wartości niezrealizowanej partii towaru”?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w § 4 ust. 5 – nie mamy takiej możliwości. Możemy państwu zaproponować wystawienie faktury skonsolidowanej miesięcznie.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 56

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety izolacyjnej pionowej wykonanej z przezroczystej folii w rozmiarze 250 cm x 330 cm, z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów oraz dwoma kieszeniami na narzędzia? Serweta posiada taśmę samoprzylepną wzdłuż górnej krawędzi. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, sterylizowane w tlenku etylenu, wolne od naturalnego lateksu. Na opakowaniu odklejane etykiety z danymi do celów archiwizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 57

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety izolacyjnej pionowej wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 230 x 320 cm z otworem 46 cm x 36 cm wypełnionym folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu, z dwoma uchwytami do mocowania przewodów i drenów? W zestawie dodatkowo kieszeń na narzędzia dwukomorowa samoprzylepna 20 x 30 cm. Całość owinięta w serwetę 90 x 100 cm. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, sterylizowane w tlenku etylenu, wolne od naturalnego lateksu. Na opakowaniu odklejane etykiety z danymi do celów archiwizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie 58

PAKIET 3

1. **Pozycja nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń o następującym składzie i parametrach:

- 1 x nieprzylepna serweta z włókniny (dwuwarstwowy laminat PE + PP) 75 cm x 90 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 6 x tufery gazowe, z gazy 20-nitkowej, wielkości śliwki
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny (celuloza + polietylen), 75 cm x 90 cm, z otworem (15x13 cm +/- 1 cm) i przylepną krawędzią boczną
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana)
- 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana)
- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 x sterylne, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2 x 5 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerką, o łącznej pojemności 2233 ml. Opakowanie jednostkowe wyposażone w jedną, zewnętrzną, samoprzylepną, dwudzielną etykietę, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności), przy czym jedna część jest w formie kodu kreskowego. Pełny skład produktu nadrukowany jest na tylnej stronie opakowania jednostkowego a nie na samoprzylepnej etykiecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 59
PAKIET 3

2. **Pozycja nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń o następującym składzie i parametrach:
- 1 x plastikowe kleszczyki, 14 cm
 - 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm
 - 6 x tupfery gazowe, z gazy 20 nitkowa, wielkości śliwki (około 20 cm x 20 cm, po rozwinięciu)
 - 1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm
 - 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm
 - 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm
 - 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 60 cm x 60 cm
 - 1 x igła podskórna, zielona, 21 G x 1 1/2 (0,8 x 40 mm) (zapakowana)
 - 1 x igła podskórna, różowa, 18 G x 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
 - 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)


Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka.

Opakowanie jednostkowe wyposażone w jedną, zewnętrzną, samoprzylepna, dwudzielną etykietę, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności), przy czym jedna część jest w formie kodu kreskowego. Pełny skład produktu nadrukowany jest na tylnej stronie opakowania jednostkowego a nie na samoprzylepnej etykiecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 60
PAKIET 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożenia pola operacyjnego z ekranem, pionowy izolacyjny o następującym składzie:



Zestaw pionowy izolacyjny I

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta PE pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm)	234 x 320
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm	30 x 33

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w opakowanie jednostkowe folia-papier, na opakowaniu jednostkowym jedna, zewnętrzna, samoprzylepna, dwudzielną etykietą, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 61

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2 pozycja 1** pokrowce foliowe na przewody w rozmiarze min. 14x250 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 62

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 2** pokrowce na kończyne w rozmiarze min.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, ponieważ Wykonawca nie doprecyzował wymiarów.

Pytanie nr 63

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 4** serweta główna min. 280cm x 180cm w kształcie prostokąta z otworem min 30x30cm wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem 20x15cm, otoczony workiem na płyny z zaworem i dwoma organizerami przewodów

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 64

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 4** serwetę na stolik Mayo w rozmiarze min. 140x80 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 65

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 4** serwetki włókninowe w rozmiarze 30x30 lub 30x35 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 66

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 5 podpunkt b**, serweta dolna min. 150 x 190 cm wykończona taśmą samoprzylepną

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 67

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 5, podpunkt d** serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 140x80 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 68

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 5 , podpunkt e** ściereczki chłonne w rozmiarze 30x30 lub 35x30 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 69

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 5, podpunkt f** taśmy włókninowe w rozmiarze min. 9x10 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 70

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 5, podpunkt g** kieszeń dwukomorowa w rozmiarze 30x40 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 71

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 6, punkt 1** serweta min. 260 x 200 z wycięciem w kształcie litery "U" o dł. 100 cm , litera "U" otoczona taśmą samoprzylepną 100cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 72

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie niejasnego opisu w **Pakiecie nr 2, pozycja 6, podpunkt 2**, serweta na ekran anestezjologiczny

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ocenie Zamawiającego opis jest doprecyzowany.

Pytanie nr 73

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 6, podpunkt 2** serwetę na ekran anestezjologiczny w rozmiarze min. 240x150 cm samoprzylepną

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 74

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 6 , podpunkt 3** pokrowiec na kończynę w rozmiarze min. 33x120 cm

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie nr 75

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 6 , podpunkt 4** taśmy w rozmiarze min. 9x50 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 76

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 6, podpunkt 5** serweta na stolik Mayo w rozmiarze min. 140x80 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 77

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 9**, serwetę w rozmiarze 50x60 z otworem 6 cm

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie nr 78

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 10 zestaw na ramię C :**

1x osłona na górną część z gumką na obwodzie w rozmiarze 100x160 cm ;

1x osłona na dolną część z gumką w obwodzie 80x150 cm ;

2x taśma usztywniająca z samoprzylepnymi brzegami 3x100 cm

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie nr 79

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 2, pozycja 11, zestawu**

- a) serweta do artroskopii min. 320 x 200 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6x8cm, zintegrowana z workiem na płyny wyposażonym w zawór do spuszczenia płynów i kształtkę do formowania brzegu – 1 szt.,
- b) pokrowiec na kończynę min. 33 x 75 cm – 1 szt.,
- c) serweta na stolik Mayo w kolorze niebieskim (składany teleskopowo) min. 80 x 140 cm – 1 szt.,
- d) ręczniki włókninowe do rąk 30x35 cm – 2 szt.,
- e) samoprzylepna jednokomorowa kieszeń foliowa 40 x 30 cm,
- f) taśma medyczna min. 9 x 50 cm – 3 szt.,
- g) dren o śr. 8 mm i długości 150 cm – 1 szt.,
- h) korcang plastikowy 24cm – 1 szt.,
- i) ostrze chirurgiczne nr 11 z nasadką – 1 szt.,
- j) pojemnik na płyny 250ml – 1 szt.,
- k) serweta włókninowa typu SMS min. 75cm x 90cm – 2 szt.,
- l) serweta włókninowa typu SMS min. 200cm x 150cm – 1 szt.,
- m) osłona foliowa na przewody 14 x 250cm – 2 szt.,
- n) opaska elastyczna 12cm x 5m – 1 szt.,
- p) kompres tracheotomijny 7,5x7,5 cm z włókniny 40g/m², 4W z wycięciem „Y” – 1 kompres na dren po zabiegu artroskopowym; 2 kompres na dodatkowy dren po zabiegu rekonstrukcji więzadeł – 2 szt.,
- q) podkład podgipsowy syntetyczny 15cm x 3 m – do opatrunku uciskowego typu „kokon” po zakończonym zabiegu – 1 szt.,
- r) całość zawinięta w serwetę służącą do przykrycia na stół instrumentalny 150 x 190 cm – 1 szt.,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 80

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 3, pozycja 1, podpunkt a** serwetę w rozmiarze 50x70 cm z otworem o śr 6x8 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 81

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 3, pozycja 2 , podpunkt c** serwetę z warstwą chłonna na całej powierzchni 50x70 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 82

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 3, pozycja 2 podpunkt d** serwetę z warstwą chłonna na całej powierzchni 50x70 cm i otworem 6x8 cm i przylepcem wokół otworu .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 83

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 3, pozycja 2, podpunkt e** komprsy włókninowe 7,5x7,5 cm min. 4 W

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 84

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 3, pozycja 2, podpunkt f)** pęseta metalowa chirurgiczna min. 13 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 85

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 4, pozycja 1** obłożenie izolacyjne 330 x 240cm z kieszeniami na narzędzia po bokach otworu i zbiornikiem na płyny z odprowadzeniem płynów poniżej otworu oraz specjalnymi mocowaniami w części górnej w postaci przylepca na całej długości serwetę, pole operacyjne min. 25 x 45cm wypełnione folią chirurgiczną.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie nr 86

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 4, pozycja 1** serweta na stolik Mayo w rozmiarze min 80x140 cm z warstwą chłonna min 70x75 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 87

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 4, pozycja 1** serwetki do osuszania rąk w rozmiarze 30x30 cm lub 35x30 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2 up. Dyrektor
Pełnomocnik Dyrektora
ds. Eksploatacji i Inwestycji
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny Im. Św. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
Włona Stoga
mgr inż. Włona Stoga