

Dąbrowa Górnicza, dnia 8 marca 2018.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę osprzętu do wieży artroskopowej, wosku kostnego, markerów sterylnych”
ZP/10/ZCOSzpSp/2018

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pod pojęciem wosk kostny, z uwagi na cechy takie jak dobra smarowność, możliwość aplikacji na powierzchnie kostne cienka warstwa, brak zjawiska kruszenia się, rozumie i wymaga wosk kostny złożony w z białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palimitynianu izopropylu w proporcji odpowiedni 72,45%, 15,05%, 12,50% czy 75,00%, 15,00%, 10,00% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 1, pozycja 4 (załącznik 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do koblacji typu Quantum II, bipolarna 3mm ,90 stopni, identyczną co do parametrów technicznych, jakie Zamawiający określił w SIWZ, wraz z przekazaniem kompatybilnego generatora? System Quantum II jest nowocześniejszą technologią niż system obecnie posiadany przez Zamawiającego. Prośbę swoją motywujemy tym, iż zapotrzebowane końcówki zostały wycofane z obrotu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 2, pozycja 7 (załącznik 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuszcza końcówkę do waparyzatora typu Quantum II, bipolarna 3mm, haczyk, identyczną co do parametrów technicznych, jakie Zamawiający określił w SIWZ, wraz z przekazaniem kompatybilnego generatora? System Quantum II jest nowocześniejszą technologią niż system obecnie posiadany przez Zamawiającego. Prośbę swoją motywujemy tym, iż zapotrzebowane końcówki zostały wycofane z obrotu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

p.o. Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
lek. Zbigniew Grzywnowicz