

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: „Dostawa zestawów do pozyskiwania komórek macierzystych oraz nośników antybiotyku”

ZP/17/ZCOSzp.Sp/2018

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może doprecyzować jakich ilości poszczególnych wielkości opakowań oczekuje w pakiecie nr 2. Wyrób występuje w opakowaniach, z których można otrzymać 12,5, 25cc oraz 50cc granulatu. Wyszczególnienie jest niezbędne do złożenia najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje w Pakiecie nr 2 następujących ilości poszczególnych wielkości opakowań :

- 1 kpl – 50cc
- 6 kpl – 12,5 cc
- 3 kpl – 25 cc

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści również:

- **w punkcie 1** - Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych (nie mniej niż 6 ml) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Z zestawem do pozyskania i separacji 5-6 ml autologicznej trombiny.

- ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych
- odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych

Zestaw składa się z:

- koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC (Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływką-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje.
- strzykawka 10ml
- cztery strzykawki 30 ml,
- igła 18g
- igła 18g z motylkiem
- 30 ml substancji anty-zakrzepowej
- trokar do pobrania szpiku kostnego;
- 1 separator PRP 60ml, 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10ml, igła 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi. Zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 11ml krwi uzyskuje się do 10 ml trombiny). System mieszający posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie trombiny nie wymaga dodatkowego wygrzewania próbki krwi. Końcówki: igła?”

- **w punkcie 2** - grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego). Z zestawem do pozyskania i separacji 5-6 ml autologicznej trombiny. Zestaw pojedynczy.

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,
- 9x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,
- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,
- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogatopłytkowego.
- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z

erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływką-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP.

- 1 separator PRP 60ml, 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10ml, igła 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi. Zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 11ml krwi uzyskuje się do 10 ml trombiny). System mieszający posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie trombiny nie wymaga dodatkowego wygrzewania próbki krwi. Końcówki: igła? Plus udostępnienie wirówki na czas Umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

mgr Zdzisław
Zagłeba
Szpital Specjalistyczny im. Św. Floriana
Województwo Łódzkie

lek. Zbigniew Grzywnowicz