

Dąbrowa Górnicza, dnia 25 kwietnia 2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę kardiokardografu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG”
ZP/20/ZCOSzpSp/2018

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy: Pakietu nr 4 - Dostawa aparatu EKG,

a) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o zestaw do badań spirometrycznych? Pomiar spirometrii z aparatu EKG nie ma żadnej wartości diagnostycznej i nie może być podstawą podjęcia leczenia pacjenta lub postawienia jakiegokolwiek diagnozy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

b) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze nie przekraczającej 4,5kg, wyposażony statyw jezdny oraz w uchwyt do wygodnego przenoszenia aparatu między lokalizacjami? Przy transporcie aparatu EKG na statywie jego waga nie ma większego znaczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

c) Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem EKG statywu jeznego wyposażonego w koszyk na akcesoria, który to statyw pozwoli na łatwy i profesjonalny transport aparatu oraz akcesoriów – kabel pacjenta, elektrody, żel itd. między różnymi lokalizacjami w szpitalu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2: Dotyczy: Pakietu nr 2 – Dostawa pulsoksymetru,

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr amerykańskiego producenta – firmy Masimo, pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, w technologii MASIMO SET, stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych, który:

Pkt. 2 – o wymiarach 229 x 165x102 mm

pkt. 5 - zasilanie z akumulatora - 7 godzin ciągłej pracy, bez możliwości wydłużenia okresu zasilania

pkt.7 – z kolorowym dotykowym ekranem /panelem

pkt.9 – pomiar tętna w zakresie 25-240 bpm

pkt.10 - dokładność pomiaru saturacji 70-100%:

Bez ruchu Dorośli/Pediatryczni/Dzieci - 2%

Bez ruchu Noworodki 3%

W ruchu Dorośli/Pediatryczni/Dzieci 3%

Niska perfuzja Dorośli/Pediatryczni/Dzieci 2%

Saturacja (%SpO2) 60-80% Bez ruchu Dorośli/Pediatryczni/Dzieci 3%

Urządzenie z intuicyjnym menu w języku angielskim, możliwość Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania. Oprogramowanie w języku angielskim .

Urządzenie spełnia wszystkie pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry, w wielu punktach proponując lepsze od wymaganych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Dotyczy SIWZ i projektu umowy

a) Prosimy Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku niewywiązania przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

b) Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust 2 zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji, obejmujący wykonanie bezpłatnych przeglądów okresowych zgodnie z wymaganiami producenta oraz napraw wad powstałych z przyczyn tkwiących w danym sprzęcie, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części. Wszystkie podzespoły i części dostarcza na swój koszt Wykonawca.

Zapis w pierwotnym brzmieniu wzoru umowy jest z punktu widzenia interesu Wykonawcy niedopuszczalny. Godzi on bowiem w istotę gwarancji, której polega na zobowiązaniu się sprzedającego do naprawienia towaru w przypadku wystąpienia w nim wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, w określonym czasie. Proponowana przez Zamawiającego treść ww. zapisu rozszerza rażąco powyższe zobowiązanie do sytuacji, w których każde zużycie czy uszkodzenie sprzętu, nawet zawinione przez Zamawiającego, może skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy.

Konieczne jest tu szczegółowe określenie w jakich momentach może to mieć miejsce (a więc wtedy, gdy to przyczyny tkwiące w danym urządzeniu powodują wystąpienie wad urządzenia), co też zawiera nasza propozycja.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

c) Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust 6 zapisu na następujący:

„Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad element/podzespoł, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy użytkownika sprzętu.”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu). Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

d) Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust 13 zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewnia kontakt i konsultacje telefoniczne z inżynierami serwisu od godziny 8.00 do 17.00 w dni robocze w okresie gwarancyjnym.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

e) Prosimy Zamawiającego o wykreślenie słowa „ pogwarancyjnym z § 7 ust. 14 oraz 15.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

f) Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust 1. na następujący:

„Jeżeli Wykonawca **przekroczy termin realizacji niniejszej umowy o 10 dni**, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia oraz odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

g) Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w § 8 ust 2 do 0,5%

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

h) Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust 4. na następujący:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

i) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź:

Nie.

j) Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź:

Tak. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz wskazanych w instrukcji urządzenia jako zużywalne o ile określony jest czas eksploatacji a wada nie zostanie stwierdzona przed upływem tego czasu.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesny aparat EKG z zapisem na pendrive w formacie SCP z konwersją do PDF?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesne aparaty EKG bez możliwości rozszerzenia o przystawkę spirometryczną, która to umożliwia jedynie badanie przesiewowe a w warunkach szpitalnych takie badania nie mają żadnego zastosowania -co najwyżej podnoszą cenę urządzenia. Przystawka SPIRO nie spełnia także normy ATS.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

p.o. Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Śz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
2 up. Alwos
lek. Zbigniew Grzywnowicz