

Dąbrowa Górnicza, dnia 25 kwietnia 2018

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę kardiokografu, pulsoksymetru, detektora tętna płodu oraz aparatu EKG”
ZP/20/ZCOSzpSp/2018

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy: Pakiet nr 4: Dostawa aparatu EKG

Ze względu na rozbieżność udzielonych odpowiedzi prosimy o sprecyzowanie kwestii: Czy Zamawiający dopuści aparaty EKG bez możliwości współpracy z przystawką do badań spirometrycznych?


W udzielonych przez Państwa odpowiedziach z dnia 13 kwietnia 2018r. na zadane przez Nas pytanie „Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez możliwości współpracy z przystawką do badań spirometrycznych, która to umożliwia jedynie badania przesiewowe a w warunkach szpitalnych takie badania nie mają żadnego zastosowania-co najwyżej podnoszą cenę urządzenia?”, Zamawiający udzielił odpowiedzi „Zgodnie z SIWZ, natomiast w odpowiedziach z dnia 25 kwietnia 2018r. na pytanie nr 1 „Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o zestaw do badań spirometrycznych? Pomiar spirometrii z aparatu EKG nie ma żadnej wartości diagnostycznej i nie może być podstawą podjęcia leczenia pacjenta lub postawienia jakiegokolwiek diagnozy”, Zamawiający udzielił odpowiedzi „Zamawiający dopuszcza nie wymaga”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie 1 z dnia 13.04.2018:

1. „Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez możliwości współpracy z przystawką do badań spirometrycznych, która to umożliwia jedynie badania przesiewowe a w warunkach szpitalnych takie badania nie mają żadnego zastosowania-co najwyżej podnoszą cenę urządzenia?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

p.o. Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
2 up. 
Lek. Zdzisław Grzywnowicz