

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
Ul. Szpitalna 13
41 – 300 Dąbrowa Górnicza
032 262 34 22

Dąbrowa Górnicza, dnia 05.06.2018r

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. przetargu nieograniczonego PN: „Dostawa staplerów” – ZP/24/ZCOSzpSp/2018

Zamawiający, zgodnie z art. 92 Prawa Zamówień Publicznych zawiadamia, co następuje:

- do przedmiotowego postępowania oferty złożyły następujące firmy:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00 – 633 Warszawa
2	Surg – Tech Lek i Kucharski Spółka Jawna Ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121 61 – 249 Poznań

Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 7 pzp.,. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji nr 2 jest nieprecyzyjny wobec czego niemożliwe jest dokonanie wyboru oferty spełniającej warunki SIWZ. Zamawiający w pozycji nr 2 opisał „Kowadełko fabrycznie wstępnie załamane i założone na sondę żołądkową o dł. Ok. 100cm, po połączeniu ze staplerem ponownie „wstaje” by załamać się po oddaniu strzału; kompatybilne z jednorazowym staplerem okrężnym o średnicy 21 lub 25 mm, zakrzywionym w rozmiarze XL (1op=3szt)”, mając na myśli kompatybilność kowadełka ze staplerem z pozycji 1. Nie ulega jednak wątpliwości, iż obowiązek zapewnienia kompatybilności kowadełka z poz. 2 ze staplerem z pozycji 1 wynika bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i jak wynika z wyjaśnień Wykonawców złożonych w toku postępowania nie jest to dla nich jednoznaczne i zrozumiałe. Wobec powyższego konieczne jest unieważnienie postępowania j.w, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a Wykonawcy nie mogą zostać obciążeni skutkami nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.

p.o. Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

lek. Zbigniew Grzywnowicz