

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: ZP/33/ZCOSzpSp/2018 „Dostawa endoprotez, gwoździ, płyt, systemu do zaopatrywania złamań okołoprotezowych biodra, stabilizatora zewnętrznego na miednicę”

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w miejsce parametrów opisanych w SIWZ w pakiecie nr 2 dopuści:

Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego

Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego.

Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modułarna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm.

Wkładka polietylenowa realizująca fabryczne 3° tyłopochylenie dostępna w wersji z zachowanym więzadłem krzyżowym tylnym (CR) oraz bez zachowanego więzadła krzyżowego tylnego w dwóch odmianach: z tylną stabilizacją PS (mocowane dodatkową śrubą do tacy piszczelowej) oraz ze stabilizacją realizowaną poprzez podniesienie przedniej krawędzi wkładki (bez konieczności wykonania plastyki międzykłykciowej). Dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta, mocowana na zasadzie zatrzaskowej.

Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnątrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Możliwość zaoferowania wersji (element udowy oraz piszczelowy) dla osób uczulonych.

Endoproteza daje możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL

Cement kostny z gentamycyną i wankomycyną.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:

W związku z bardzo szczegółowym opisem w SIWZ śrub kompresyjnych i zaślepek w zakresie Pakietu 4 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaślepek i śrub kompresyjnych, o parametrach według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, kompatybilnych z zaoferowanymi gwoździami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 – Gwoździe śródszpikowe I. Udowe – STERYLNE poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia o długościach od 200 do 480 mm zamiast od 140 do 480 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 – Gwoździe śródszpikowe I. Udowe – STERYLNE poz. 1, 3** dopuści możliwość zaoferowania wkretów blokujących trzonowych Ø 6,5 mm o dł. 40-120 mm zamiast kondylarnych Ø 5 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 – Gwoździe śródszpikowe I. Udowe – STERYLNE poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania wkretów blokujących Ø 4,5 mm zamiast Ø 5 mm o dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 – Gwoździe śródszpikowe II. Ramienne – STERYLNE poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia z zagięciem trzonowo nasadowym 7-stopni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 – Gwoździe śródszpikowe II. Ramienne – STERYLNE poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania wkretów blokujących Ø 4,5 mm zamiast Ø 4 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 – Gwoździe śródszpikowe II. Ramienne – STERYLNE poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia blokowanego w części bliższej w 3 płaszczyznach zamiast w 4?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 – Gwoździe śródszpikowe II. Ramienne – STERYLNE poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania gwoździa prostego zamiast wygiętego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 – Gwoździe śródszpikowe II. Ramienne – STERYLNE poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm zamiast Ø 4 mm o dł. 20-60 mm oraz Ø 5 mm o dł. 26-60 mm zamiast 25-60 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4** dopuści możliwość zaoferowania implantów niesterylnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5– I. Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej** dopuści możliwość zaoferowania:

- 1) *Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 6 do 22. Długość płyty od 170 mm do 458 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 1 otwór gwintowany pod śrubę blokowaną kaniulowaną ø 7,3 mm. W trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika – 5 szt.*
- 2) *Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne – 20 szt.*
- 3) *Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne – 40 szt.*
- 4) *Tytanowa śruba blokowana kaniulowana ø 7,3 mm, dł. śruby 30-145 mm, pełen gwint, gniazdo śrubokręta sześciokątne – 5 szt.*

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 – II. Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespożeń złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15 st. poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania: *Tytanowe płytki anatomiczne do zespożeń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzi a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe) b) płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony grzbietowo -bocznej z hakiem (prawe i lewe) d) płytki blokowane do złamań przynasadowych przyśrodkowe (uniwersalne do obu kończyn) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. W głowie płytki otwory gwintowane pod śruby blokowane śr. 3,5 mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne?*

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 – II. Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespożeń złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15 st. poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania: *Tytanowe płytki anatomiczne do zespożeń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzi a) płytki górne trzonowe lewe i prawe, b) płytki przednie trzonowe uniwersalne, c) płytki górno boczne lewe i prawe, d) płytki przednio boczne uniwersalne. Otwory w płytce blokowane 2,4/2,7/3,5 oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne?*

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 – II. Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespożeń złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15 st. poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania: *Śruba blokowana tytanowa śr. 2,4 dł. 10-40 mm i 2.7 mm, dł. 10-60 mm?*

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 – II. Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespożeń złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15 st. poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania: *Śruba blokowana tytanowa śr. 3,5 dł. 10-70 mm?*

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 5 – II. Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespołów złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15 st. poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania: Śruba korowa tytanowa śr. 2,7 dł. 8-40 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

p.o. Dyrektor
Zagłębię Polskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

lek. Zbigniew Grzywnowicz

Handwritten signature