

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 17.09.2018r.

Informacja Dla Wykonawców

dot.: przetargu nieograniczonego: ZP/58/ZCOSzpSp/2018 „Dostawa mebli medycznych”

Zamawiający informuje, iż doprecyzowuje zapisy siwz w zakresie pakietu pierwszego poz. 2 pkt. 3 załącznika nr 6 i w załączeniu przekazuje ostateczny, zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz, który należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie;

Oferty należy składać do dnia 20.09.2018r godz. 9.00
Termin otwarcia ofert przypada na dzień 20.09.2018r godz. 9.30

Załącznik nr 6

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

WYKONAWCA

.....

Poniższe tabela określają minimalne parametry oferowanego przedmiotu zamówienia, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

*** Wykonawca wypełnia tabelę dotyczącą pakietu w zakresie którego składa ofertę.**

Przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1*: Dostawa kasetonów (paneli)

1. Kaseton elektryczno-gazowy- 4 szt - dla dwóch stanowisk

Dostawa + montaż

Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2018r	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
	I PARAMETRY TECHNICZNE		

1.	Kaseton elektryczno-gazowy ścienny poziomy wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor przez Zamawiającego (3 kolory do wyboru)- długość 400 cm +/-10%	Tak, podać	
2.	Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi	Tak, podać	
3.	Układ kasetonu - poziomym, w tym: - wymiar wysokość 260 mm - 300mm, głębokości nie większej niż 75 mm i długość 4,0m +/-10%	Tak, podać	
4.	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów	Tak, podać	
5.	Wyposażenie dla 1 stanowiska Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/ stanowisko: - gniazdo 1x O2/ 1xVAC Od frontu dostępne gniazda elektryczne/ stanowisko: - gniazdo 230V/16A 3 szt. + DATA 1 szt. - gniazdo ekwipotencjalne 2 szt. - gniazdo teleinformatyczne 2RJ45 1 szt.	Tak, podać	
6.	Wyposażenie dodatkowe na 1 stanowisko: - 1x oświetlenie miejscowe min 2x5W LED - włącznik w panelu - 1 x oświetlenie nocne min 1x0,6W LED - włącznik w panelu -1xotwór technologiczny z zaślepką umożliwiający montaż systemu przyzywowego	Tak, podać	
7.	Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb,	Tak, podać	
8.	Deklaracja zgodności CE lub równoważna	Tak, podać	
9.	Wpis lub zgłoszenie do URPLW MiPB,	Tak, podać	
10.	Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny	Tak, podać	
11.	Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny	Tak, podać	
Warunki gwarancji			
1.	Gwarancja min. 12 miesiące	Tak, podać	
2.	Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie	Tak, podać	
3.	Serwis pogwarancyjny min.10 lat	Tak, podać	
Wyposażenie dodatkowe			

1.	Pilot do systemu przyzywowego do każdego stanowiska	Tak	
----	---	-----	--

2. Kaseton elektryczno-gazowy- 3 szt

Dostawa + montaż

Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2018r	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
	I PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Kaseton elektryczno-gazowy ścienny poziomy wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany naabrany kolor przez Zamawiającego (3 kolory do wyboru)	Tak, podać	
2.	Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi	Tak, podać	
3.	Układ kasetonu - poziomym, w tym: - wymiar wysokość 260 mm - 300 mm, głębokości nie większej niż 75 mm i długość min. 1,1 m – 1,6m	Tak, podać	
4.	Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kątów	Tak, podać	
5.	Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/ stanowisko: - gniazdo 1x O2/ 1xVAC Od frontu dostępne gniazda elektryczne/ stanowisko: - gniazdo 230V/16A 3 szt. + DATA 1 szt. - gniazdo ekwipotencjalne 2 szt. - gniazdo teleinformatyczne 2RJ45 1 szt.	Tak, podać	
6.	Wyposażenie dodatkowe na 1 stanowisko: - 1x oświetlenie miejscowe min 2x5W LED - włącznik w panelu - 1 x oświetlenie nocne min 1x0,6W LED - włącznik w panelu	Tak, podać	

	-1xotwór technologiczny z zaślepką umożliwiającą montaż systemu przyzywowego		
7.	Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb,	Tak, podać	
8.	Deklaracja zgodności CE lub równoważne	Tak, podać	
9.	Wpis lub zgłoszenie do URPLW MiPB	Tak, podać	
10	Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny	Tak, podać	
11.	Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny	Tak, podać	
Warunki gwarancji			
1.	Gwarancja min. 12 miesiące	Tak, podać	
2.	Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie	Tak, podać	
3.	Serwis pogwarancyjny min.10 lat	Tak, podać	
Wyposażenie dodatkowe			
1.	Pilot do systemu przyzywowego do każdego stanowiska	Tak	

Przedmiot zamówienia: Pakiet nr 2*: Dostawa mebli medycznych

<u>Meble medyczne</u>	
<u>Dostawa+ montaż</u>	
Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2018r	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
	I PARAMETRY TECHNICZNE		
	Szafka wisząca dwudrzwiowa		
1.	Szafka wisząca jednokomorowa z 1 półką w środku , Front: 2x drzwi pełne otwierane skrzydłowo , szafka	Tak, podać	

	wyposażona w zamek		
2.	szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo naabrany kolor z palety RAL (do wyboru min.20 kolorów) z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, wymiar profilu 25x25mm	Tak, podać	
3.	wypełnienie szafki z płyty meblowej, laminowanej o grubości 18 mm w wybranym kolorze (do wyboru min. 20 kolorów) drzwi oklejone okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty	Tak, podać	
4.	wszystkie uchwyty do drzwiczek wykonane z anodowanego aluminium, bez ostrych krawędzi w kształcie wydłużonej litery C	Tak, podać	
5.	Wymiar szafki: 900x300x600 mm ± 10 mm [szer.xgł.x wys.]	Tak, podać	
6.	Deklaracja zgodności CE	Tak, podać	
7.	Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny	Tak, podać	
8.	Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny	Tak, podać	
Moduł kąpielowy z modułem zabiegowym			
1.	Moduł kąpielowy: - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolorabrany przez Zamawiającego - wymiar profilu min. 25x25mm - uchwyty do otwierania szuflad - anodowane aluminium w kształcie wydłużonej litery C - wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm w wybranym kolorze (do wyboru min. 20 kolorów) drzwi oklejone okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty - wanienka z laminatu poliestrowo-szklanego - szafka na nóżkach, z możliwością wypoziomowania (10 mm) - otwór technologiczny pod baterię (na życzenie Zamawiającego) Wymiary: 800x580x900 mm (+/- 10 mm)	Tak, podać	
2.	Mobilny moduł zabiegowy (przewijak): - 3 szuflady, - uchwyty do otwierania szuflad - anodowane aluminium w kształcie wydłużonej litery C - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolorabrany przez zamawiającego - wymiar profilu min. 25x25mm - wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm w wybranym kolorze	Tak, podać	

	(do wyboru min. 20 kolorów), szuflady oklejone okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty - blat z laminatu poliestrowo-szklanego z przegłębieniem - nóżki z możliwością poziomowania wysokości (10 mm) - tapicerowany materacyk (min. 15 kolorów do wyboru) Wymiary: 700x580x900 mm (+/- 10 mm)		
3.	Deklaracja zgodności CE lub równoważny	Tak, podać	
4.	Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB,	Tak, podać	
5.	Atest Higieniczny na tapicerkę materacyka,	Tak, podać	
6.	Atest Higieniczny na meble medyczne	Tak, podać	
7.	Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny	Tak, podać	
8.	Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny	Tak, podać	
Warunki gwarancji			
1.	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak, podać	

Przedmiot zamówienia: Pakiet nr 3*: Dostawa stojaka na kroplówki

<u>Stojak na kroplówki- 5 szt</u>	
Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2018r	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I PARAMETRY TECHNICZNE			
1.	Podstawa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo	Tak, podać	
2.	Podstawa jezdna z blokadą co najmniej dwóch kół	Tak, podać	
3.	Regulowana kolumna z 4 uchwytami na kroplówki	Tak, podać	
4.	Maksymalne obciążenie jednego uchwytu 0,5kg	Tak, podać	

Warunki gwarancji

1.	Gwarancja min 12miesięcy	Tak, podać	
----	--------------------------	------------	--

Uwaga:

1) Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Wszystkie normy i przepisy, które spełniać ma sprzęt obowiązują wg poprawionego wydania obowiązujących norm. W przypadku gdy normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju, regionu mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania.

Data

.....
 Podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych w dokumencie
 upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
 lub posiadające pełnomocnictwo

2 up. Dyrektor

Pełnomocnik Dyrektora
 ds. Eksploatacji i Inwestycji
 Zagłębiowskie Centrum Onkologii
 Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
 w Dąbrowie Górniczej
 mgr inż. Iwona Sroga

