

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 11.09.2018r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: ZP/58/ZCOSzpSp/2018 „Dostawa mebli medycznych ”

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik 6 Kaseton elektryczno-gazowy – 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel elektryczno- gazowy o głębokości 110 mm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Dotyczy: Załącznik 6 Kaseton elektryczno-gazowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel elektryczno- gazowy o głębokości 110 mm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: dot. Pakietu nr 1. Poz. 1 wyposażenie dodatkowe:

Czy Zamawiający oczekuje dodatkowych punktów poboru gazów medycznych do samodzielnego montażu jako zapas rezerwowy do oferowanych paneli? Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający oczekuje dodatkowych punktów do samodzielnego montażu.

Pytanie 4: dot. Pakietu nr 1. Poz. 1 wyposażenie dodatkowe:

Prosimy o wskazanie w jakim standardzie Zamawiający oczekuje dodatkowych punktów poboru gazów medycznych DIN czy AGA ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dodatkowych punktów poboru gazów w standardzie AGA.

Z up. Dyrektora
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 032 621 20 50