

Sprostowanie do odpowiedzi
Z dnia 01.10.2018r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa urządzeń do dekontaminacji kaczek i basenów” Znak. ZP/62/ZCOSzpSp/2018

Zamawiający dokonuje sprostowania do odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2018r jn:

Pytanie 12 Ad.lp.25 i 26 z dnia 01.10.2018

Biorąc pod uwagę iż Zamawiający w lp.26 wymaga możliwości umieszczenia wewnątrz myjni 2 pojemników ze środkami chemicznymi a w lp.25 wymaga układu dozowania jednego środka chemicznego odkamieniającego płuczącego prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaferowania myjni dezynfektora z zamontowaną jedną pompą dozującą wyłącznie środek chemiczny odkamieniający do systemu obiegu wody, a wymóg umieszczenia dwóch pojemników wewnątrz myjni dotyczy tego samego preparatu odkamieniającego?

Prosimy również o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga możliwości stosowania środka chemicznego (odkamieniacz-nabłyszczacz przeznaczony do myjni dezynfektorów od dowolnie wybranego producenta też czy oczekuje oferty na myjnię dezynfektor wymagającą stosowania wyłącznie środka chemicznego wskazanego przez producenta urządzenia pod regresem utraty gwarancji.

Pytanie 17 Ad.lp.35 wobec lp.6 z dnia 01.10.2018

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć określone w lp.35 wymóg automatycznego rozszczelnienia drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu wobec określonego w lp.6 wymogu całkowitej paroszczelności?

Czy Zamawiający wymagając całkowitej paroszczelności urządzenia wymaga, aby myjnię-dezynfektory były wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza tak aby pozostałości pary odprowadzane były do kanalizacji a naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego użycia?

Sprostowanie do odpowiedzi do pytania 12 i 17.

W odniesieniu do zastrzeżeń dotyczących pytania nr 12 Zamawiający informuje, że dopuszcza do postępowania obydwie rozwiązania tj. zarówno myjnię z jedną pompą dozującą środek chemiczny odkamieniający jak i rozwiązanie, które obejmuje zastosowanie dwóch pomp, które będą dozować środek odkamieniający i myjący. Informujemy także, że wymagana jest oferta na urządzenie, w którym stosowane będą środki chemiczne zalecane przez producenta tego urządzenia i będą wskazane przez niego w wykazie.

W odniesieniu do wymogów paroszczelności urządzenia – Zamawiający wymaga, aby drzwi komory były całkowicie szczelne w czasie trwania cyklu, a po jego zakończeniu mogą ulegać rozszczelnieniu, z uwagi na to, że wspomaga to proces suszenia.

Pytanie 11 Ad.lp.24 z dnia 01.10.2018

Kalibracja czujników - Wnosimy do Zamawiającego o wykreślenie wymogu możliwości kalibracji czujników temperatury przez użytkownika w okresie gwarancyjnym, gdyż czujniki są kalibrowane fabrycznie przez służby metrologiczne producenta i nie wymagają dodatkowych korekt w czasie eksploatacji, a kontrola jakości jest to uprawnienie wyłącznie dla podmiotu certyfikującego wyrób.

Pytanie 24 z dnia 01.10.2018r

Ad. 24 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w czujniki nie wymagające stosowania specjalnego klucza do kalibracji? Jest to rozwiązanie znacznie bardziej funkcjonalne i nowocześniejsze niż opisane w SIWZ.

Sprostowanie do odpowiedzi do pytania 11 i 24.

W odniesieniu do zastrzeżeń dotyczących pytania nr 11 Zamawiający przyznaje, że omyłkowo zostały zamieszczone sprzeczne odpowiedzi i informuje, że do postępowania zostaną dopuszczone urządzenia, które nie posiadają możliwości kalibracji czujników temperatury przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem.

Pytanie 5 z dnia 01.10.2018

Czy zamawiający wymaga, aby myjnię posiadała orurowanie z miedzi co zapobiega powstawaniu mikroorganizmów w orurowaniu myjni?

Sprostowanie do odpowiedzi do pytania 5

Zamawiający informuje, że na rynku działają firmy, które są dostawcami myjni z orurowaniem miedzianym jak i ze stali nierdzewnej. Zamawiający ponownie informuje, że do postępowania dopuszczone są dwa typy materiałów orurowania tj. z miedzi lub ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna jest stosowana w wielu profesjonalnych myjniach, a z kolei orurowanie miedziane pomaga zapobiegać powstawaniu mikroorganizmów w orurowaniu myjni dzięki temu, że wolniej tworzy się tam środowisko sprzyjające ich rozwojowi.

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 8 i 23 z dnia 01.10.2018r – odpowiedzi te wynikają z potrzeb Zamawiającego wskazanych powyżej w pytaniu 5 nie stanowią absolutnie wskazania żadnego producenta, na rynku istnieje kilku producentów mogących spełnić określone w siwz warunki.

2 wp. Dymelwarp
Pełnomocnik Up. i Os.
ds. Eksploatacji i Inwestycji
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr inż. Iwona Sroga