

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, dnia 26.10.2018r

**Do uczestników przetargu nieograniczonego
na „Dostawa stołu operacyjnego Operon D850 producent Berchtold”**

Dotyczy: **dot.: ZP/77/ZCOSzpSp/2018 „Dostawa stołu operacyjnego Operon D850 producent Berchtold”**

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia:

Dotyczy: Załącznik nr 5: Istotne warunki umowy

Pytanie nr 1 dot. § 4 pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne możliwość zaoferowania terminu dostawy do 10 tygodni?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia : maksymalnie do 28.12.2018r od podpisania umowy

Pytanie nr 2. dot. § 6 pkt 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne okres gwarancji wynoszący 3 miesiące ?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, iż kryteria dot. okresu gwarancji będą następujące :

- Okres gwarancji (G1) – 20% - minimalna długość okresu gwarancji 24 m- ce – dot. poz. 10,11 -Formularza cenowego
- Okres gwarancji (G2) – 20% - minimalna długość okresu gwarancji 3 m- ce – dot. poz. od 1 do 9 - Formularza cenowego

Pytanie nr 3. dot. § 6. pkt 2

Z uwagi na fakt, że przetarg dotyczy modernizacji istniejącego stołu prosimy o rezygnację przez Zamawiającego z bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, iż par.6 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny, w zakresie modernizowanych i wymienianych części będących przedmiotem postępowania, przez okres trwania gwarancji oraz naprawy w pełnym zakresie bez względu na przyczynę wystąpienia wady, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części (dot. poz. 1-11 Formularza cenowego) . Wszystkie podzespoły i części dostarcza na swój koszt Wykonawca.

Pytanie nr 4. dot § 7 pkt 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie części zamiennych niezależnego od Stryker Polska?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Dotyczy: Załącznik nr 6: Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Pytanie nr 5. dot Warunki gwarancji pkt 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia części zamiennych na czas naprawy?

Odpowiedź :

Zgodnie z siwz.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie;

Oferty należy składać do dnia 31.10.2018r do godz. 8.30
Termin otwarcia ofert przypada na dzień 31.10.2018r o godz. 9.00

Zamawiający zawiadamia, iż zmianie ulega termin realizacji zamówienia, opis kryteriów i w zawiązku z tym zapisy siwz w pkt. IV, XIV, w formularzu ofertowym pkt. III, IV, w istotnych warunkach umowy w par. 4 ust. 1, w par. 6 załącznika nr 5 oraz Załącznik nr 6 do siwz otrzymują brzmienie jn:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia :

- maksymalnie do 28.12.2018r od podpisania umowy

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:

„Łączna cena ofertowa brutto” – C;

„Okres gwarancji” – G(1)

„Okres gwarancji” – G(2)

2. Powyższemu kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto (C)	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$
Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.			
Okres gwarancji(G1)	20%	20	$G = \frac{\text{Okres gwarancji badanej oferty}}{\text{najdłuższa zadeklarowana gwarancja}} \times 100 \text{ pkt}$
Wykonawca może zadeklarować długość okresu gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce.(dot. poz. 10,11 formularza cenowego) Termin okresu gwarancji należy określić w miesiącach. Brak deklaracji terminu w pkt IV Formularza ofertowego bądź jego określenie poniżej terminu minimalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.			
Okres gwarancji(G2)	20%	20	$G = \frac{\text{Okres gwarancji badanej oferty}}{\text{najdłuższa zadeklarowana gwarancja}} \times 100 \text{ pkt}$
Wykonawca może zadeklarować długość okresu gwarancji nie krótszy niż 3 m-ce.(dot. poz. 1-9 formularza cenowego) Termin okresu gwarancji należy określić w miesiącach. Brak deklaracji terminu w pkt IV Formularza ofertowego bądź jego określenie poniżej terminu minimalnego skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.			

Po dokonaniu przeliczeń wg. powyższych wzorów matematycznych (kryterium 1, 2, 3) uzyskane wyniki zostaną przeliczone przez wagi procentowe odpowiednie dla każdego kryterium (C - 60%, G(1) - 20%, G(2) - 20%) i podsumowane.

Par. 4 ust.1 :

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnych części zgodnego z SIWZ, ich instalacji i montażu oraz uruchomienia na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej 13 w terminie maksymalnie do 28.12.2018r od podpisania umowy.

Par.6 ust.1 :

§6

1. Wykonawca udziela miesięcy gwarancji. (**dot. poz 10,11**) Wykonawca udziela miesięcy gwarancji.(**dot. poz od 1 do 9**) Terminy gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego i oddania części do eksploatacji.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi przekazuje zaktualizowane następujące dokumenty: **Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy** oraz **Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu** , które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej.

FORMULARZ OFERTOWY

do postępowania na „Modernizacja stołu operacyjnego Operon D850 producent Berchtold”

ZAMAWIAJĄCY:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Województwo

Nr telefonu

Nr faksu

adres e-mail.....

KRS lub wpis do ewidencji

REGON

NIP

I. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez **30 dni** od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

lp	Część/zakres zamówienia	Nazwa(firma)podwykonawcy

7)Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie

.....***.Wartość wynosi:***

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za wynagrodzeniem całkowitym do wysokości kwoty, zgodnie z załącznikiem nr 1a:

netto :PLN tj. słownie :

brutto :PLN tj. słownie :

w tym podatek VAT w wysokości :% w kwocie słownie :

IIIa. Udzielam gwarancji :..... m-cy licząc od daty końcowego ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia (minimalna długość okresu gwarancji 24 m – ce) – poz. 10,11 ,**IIIb.** Udzielam gwarancji :

..... m-cy licząc od daty końcowego ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia

.....(minimalna długość okresu gwarancji 3 m – ce) – poz. od 1 do 9**IV.** Oświadczam, iż zrealizuję zamówienia zrealizuję : maksymalnie do 28.12.2018r od podpisania umowy**V.** Oświadczam, że:

1. uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

2. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;

3. poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

Uwaga:** w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/ lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną*Uwaga** - niepotrzebne skreślić*****Uwaga:** wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

Data

.....

podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych w dokumentach
upoważniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

WYKONAWCA

.....

Poniższe tabela określają minimalne parametry oferowanego przedmiotu zamówienia, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

Modernizacja stołu operacyjnego Operon D850 producent Berchtold

Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: fabrycznie nowy rok produkcji od 2018r	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
PARAMETRY TECHNICZNE			
1.	Klamra mocująca ze stali nierdzewnej ,nieobrotowa , do protezy biodra kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego stołem -2 sztuki	Tak	
2.	Pas do blokowania tułowia lub kończyn z możliwością regulacji wymiary 51mm x 460mm x130mm- 1 szt. kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego stołem	Tak	
3.	Klamra mocująca ze stali nierdzewnej ,obrotowa, system szybkiego mocowania i zdejmowania , kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego stołem -2 sztuki	Tak	
4.	Podpórki boczne pokryte antystatyczną okładziną wymiary 220x 85mm kompatybilne z klamrą mocującą z pozycji 1 oraz kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego stołem 2 sztuki	Tak	
5.	Poduszka żelowa pod głowę , wymiary 152mm x 57 mm x 25mm kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego stołem – 1 sztuka	Tak	
6.	Poduszka żelowa pod głowę dla dorosłych wymiary 203mm x 76mm x51mm kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego stołem -1 sztuka	Tak	
7.	Płaski wałek żelowy okrągły wymiary 533mm x 127mm x 102mm kompatybilny z posiadanym przez	Tak	

	Zamawiającego stołem – 1 sztuka		
8.	Poduszka żelowa do pozycjonowania duża wymiary 381mm x 127 mmx 57 mm kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego stołem -1 sztuka	Tak	
9	Podpórka pod rękę do łatwego i szybkiego pozycjonowania ręki pacjenta w każdej pozycji, poduszka z pianki tapicerowanej, antystatyczna ,długość 660x140mm- 1 sztuka	Tak	
10	Pilot 2 szt. kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego stołem	Tak	
11	Siłownik kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego stołem	Tak	
Warunki gwarancji			
1a.	Gwarancja min. 24 miesiące (poz. 10,11)	Tak, podać	
1b	Gwarancja min. 3 miesiące (poz. od 1 do 9)	Tak, podać	
2.	Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie	Tak, podać	
3.	Serwis pogwarancyjny min.10 lat	Tak, podać	
4.	Części zamienne na czas naprawy	Tak, podać	

Data

.....
Podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadające pełnomocnictwo

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Eksploatacji i Inwestycji
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. M. Stankiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr inż. Iwona Sroga