

Dąbrowa Górnicza, dnia 08.11.2018r

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 262 34 22
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

**Do uczestników przetargu nieograniczonego na
Dostawę łóżka porodowego
ZP/80/ZCOSzpSp/2018**

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie 1: Dotyczy : zapisów SIWZ

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 34 i 35 załącznika nr 6, tj.

34. W okresie pogwarancyjnym w przypadku awarii sprzętu wstawienie bezpłatnie sprzętu tej samej klasy na czas naprawy.

35. W okresie pogwarancyjnym bezpłatny przyjazd inżyniera serwisu i diagnostyka usterki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla z Załącznika nr 6 pkt 34 i pkt 35.

Zaktualizowany załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie jn:

Połącznik Dyrektora
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr inż. Iwona Słoga

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

WYKONAWCA

Poniższe tabela określają minimalne parametry oferowanego sprzętu, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

Przedmiot zamówienia: Dostawa łóżka porodowego

Producent:	
Oferowany model:	
Kraj pochodzenia:	
Rok produkcji: 2018r	

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać
Wymagania ogólne			
1	Łóżko porodowe przeznaczone na oddział położniczo - ginekologiczny zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie porodu. Możliwość ustawienia pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, kłęczącej, kucznej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w porodu.	Tak	
2	Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Leże oparte na jednej kolumnie prostopadłościenną osadzonej asymetrycznie względem podstawy Konstrukcja umożliwiająca całkowite, dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu maksymalnie do 10 minut.	Tak	
3	Długość łóżka porodowego wraz z materacem w zakresie 2000-2100mm.	Tak, podać	
4	Szerokość łóżka porodowego w zakresie 1000-1100mm.	Tak, podać	
5	Sterownik ręczny, elektrycznymi regulacjami: - kąta nachylenia segmentu pleców, - kąta nachylenia segmentem siedziska, - wysokości	Tak	

6	Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 900 mm (+/- 20 mm) liczonym od powierzchni materaca.	Tak, podać	
7	Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 17° do 70° (+/- 5°).	Tak, podać	
8	Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0° do 25° (+/- 5°).	Tak, podać	
9	Segment nożny leża z regulacją: - wysokości, - położenia wzdłużnego - kąta nachylenia Oraz możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0-25°.	Tak, podać	
10	Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga -15° (+/- 5°)	Tak, podać	
11	Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców	Tak	
12	Łóżko przejezdne, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka. Możliwość centralnej blokady kół oraz wyposażenie w funkcję jazdy „na wprost”.	Tak	
13	Łóżko wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Grubość materaców maksymalnie 80 mm. Materace powinny być lekkie, żeby były łatwe podczas dezynfekcji.	Tak	
14	Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym.	Tak	
15	Materace odejmowane, zabezpieczone silikonem od spodu (w celu zapobiegania wnikania cieczy), wzmocnione płytą z kompozytu oraz stabilizowane na leżu za pomocą tworzywowych pinów/bolców wsuwanych w otwory w leżu.	Tak	
16	Łóżko posiadające regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk. Podkolanniki mogą być ustawione także jako podpory stóp w zależności od pozycji.	Tak	
17	Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję.	Tak	
18	Łóżko wyposażone w:	Tak	

	- miskę z możliwością demontażu - oraz podglówek z regulacją wysokości.		
19	W górnej części segmentu pleców tapicerowany uchwyt do podtrzymywania się pacjentki.	Tak	
20	Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg.	Tak, podać	
21	Maksymalna waga pacjenta min. 190 kg.	Tak, podać	
22	Deklaracja zgodności.	Tak	
23	Dostępność części zamiennych w okresie min. 10 lat.	Tak	
24	Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory.	Tak	
25	Wyposażenie : - barierki boczne.	Tak	
Warunki gwarancji			
26	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.	Tak	
27	Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące.	Tak, podać	
28	Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji - 1 przegląd w roku.	Tak, podać	
29	Reakcja serwisu w ciągu max. 72 h w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym.	Tak	
30	Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym.	Tak	
31	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym.	Tak	
32	Szkolenie użytkowników sprzętu w czasie trwania gwarancji jak i w czasie pogwarancyjnym.	Tak	
33	W okresie gwarancji w przypadku awarii sprzętu wymiana na sprzęt tej samej klasy lub wyższy na czas naprawy.	Tak	

L. Wp. Dyrektor
 Pełnomocnik Dyrektora
 Zakładu Inwestycji
 Szpital Specjalistyczny im. Śz. Starkiewicza
 w Dąbrowie Górniczej
 mgr inż. Iwona Sroga