

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup komputerowego systemu planowania radioterapii Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System w Zakładzie Radioterapii oraz zakup Laser Guard do przyspieszacza liniowego”, znak sprawy ZP/9/ZCOSzSp/2018.

Zamawiający w odpowiedzi na Pytania wykonawców wyjaśnia:

1. Załącznik nr 1a do SIWZ dla Pakietu nr 1, Tabela – Formularz wymaganych parametrów technicznych, Jednostka główna, parametr nr 2 i 3:

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wymaga, aby oferowana stacja planowania leczenia poprzez swoją kompatybilność oraz pełną integrację była identyczna z posiadanymi już stacjami Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Przedmiot zamówienia ma być kompatybilny i w pełni zintegrowany z posiadanymi już stacjami Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej.

2. Załącznik nr 1a do SIWZ dla Pakietu nr 1, Tabela – Formularz wymaganych parametrów technicznych, Jednostka główna, parametr nr 3:

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wymaga, aby oferowana stacja planowania leczenia umożliwiała wykorzystanie parametrów technicznych i fizycznych posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów zgromadzonych i skonfigurowanych w posiadanym systemie planowania leczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Przedmiot zamówienia ma być kompatybilny i w pełni zintegrowany z posiadanymi już stacjami Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej.

3. Załącznik nr 1a do SIWZ dla Pakietu nr 1, Tabela – Formularz wymaganych parametrów technicznych, II Oprogramowanie Systemu Planowania Leczenia dla Stacji Roboczej, parametr nr 21:

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wymaga, aby oferowana stacja planowania leczenia umożliwiała wykorzystanie danych dozymetrycznych wiązek terapeutycznych dla posiadanych akceleratorów skonfigurowanych w posiadanym systemie planowania leczenia, bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów dozymetrycznych i konfiguracji algorytmu obliczeniowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Przedmiot zamówienia ma być kompatybilny i w pełni zintegrowany z posiadanymi już stacjami Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej.

4. Załącznik nr 1a do SIWZ dla Pakietu nr 1, Tabela – Formularz wymaganych parametrów technicznych, II Oprogramowanie Systemu Planowania Leczenia dla Stacji Roboczej, parametr nr 22:

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż poprzez definicję parametru nr 22 rozumie integrację systemu obliczeniowego z posiadanym przez Zamawiającego systemem rozproszonego sieciowego obliczania rozkładu dawki zarządzanego przez posiadany system planowania leczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Przedmiot zamówienia ma być kompatybilny i w pełni zintegrowany z posiadanymi już stacjami Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej.

5. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 2 ust. 1.

Zamawiający proszony jest po treści zdania pierwszego o danie zdania drugiego i trzeciego w brzmieniu:

„Zamawiający w dniu planowanego terminu dostarczenia sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy: sieci komputerowej, systemu Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej oraz pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany przedmiot zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie udostępni Wykonawcy infrastruktury i pomieszczeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym w terminie tam wskazanym, termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu przesunięciu.”

Powyższa zmiana spowodowana jest faktem, że prawidłowe wykonanie umowy uzależnione jest od udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego: sieci komputerowej, systemu Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej oraz pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

6. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 2 ust. 8.

Zamawiający proszony jest o dodanie w zdaniu drugim po słowie: „terminu” treści w brzmieniu następującym: „usunięcia wad i uchybień” oraz wykreślenie odwołania do § 6 ust. 2.

Powyższa zmiana ma charakter doprecyzowujący, tak aby nie budziło wątpliwości, że kara umowna dotyczy przekroczenia terminu dostawy, z tego samego powodu skorygowania wymagania odwołanie do § 6 ust. 2.

Odpowiedź:

Obecna treść jest właściwa, jeżeli braki będą nieistotne Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na ich usunięcie, jeżeli zostaną usunięte w terminie, to nie zostaną naliczone kary umowne, jeżeli nie zostaną usunięte kary będą naliczone od terminu określonego w § 6.

7. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 2 ust. 12 w zw. z § 2 ust. 1.

Zamawiający proszony jest o wykreślenie w § 2 ust. 12 zdanie pierwsze treści w brzmieniu: „oraz szkolenie personelu”. Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 szkolenie pracowników Zamawiającego ma zostać wykonane w terminie 10 dni od dnia podpisania protokołu końcowego, tym samym protokół nie może zawierać w swej treści potwierdzenia wykonania czynności przeszkolenia/szkolenia personelu/pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykreśla w § 2 ust. 12 zdanie pierwsze treści w brzmieniu: „oraz szkolenie personelu”

8. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 2 ust. 16 w zw. z ust. 1.

Zamawiający proszony jest o zmianę wyrazu: „opóźnienie” na wyraz: „zwłokę”. Powyższa zamiana spowodowana jest faktem, że wykonanie przedmiotu umowy w tym dostarczenie sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia uzależnione jest od udostępnienia wykonawcy przez Zamawiającego: sieci komputerowej, systemu Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej oraz pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia umowy, deklaruje jednak, iż w sytuacji jeżeli z przyczyn dotyczących Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia nie będzie możliwe Zamawiający dokona przesunięcia terminu realizacji o czas spowodowany zaistniałą przeszkodą.

9. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 2 ust. 13 w zw. z ust. 7 oraz ust. 12.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie protokołu końcowy wykonania umowy, o którym mowa § 2 ust. 7 potwierdza przyjęcie przez Zamawiającego zainstalowanego sprzętu i przejście prawa własności na Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdza przyjęcie przez Zamawiającego zainstalowanego sprzętu i przejście prawa własności na Zamawiającego, odrębnym protokołem zostaną potwierdzone szkolenia.

10. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 2 ust. 12 w zw. z § 2 ust. 7.

W związku z treścią § 2 ust. 7 regulująca kwestie odbioru przedmiotu umowy odpowiednimi protokołami prosimy o usunięcie zapisu § 2 ust. 13.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1 oraz Pakiet nr 2, Istotne warunki umowy ..., § 4 ust. 4 w zw. z ust. 7:

§ 4 ust. 4 stanowi, że płatność zostanie zrealizowana na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury. § 4 ust. 7 stanowi natomiast, że płatność dokonana zostanie na rachunek wskazany w treści tego ustępu. W celu uniknięcia wątpliwości co do rachunku właściwego dla dokonania płatności Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 4 albo ust. 7 w treści § 4;

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ust. 7, ust. 8 otrzymuje kolejną numerację

12. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 5 pkt. 2 w zw. § 2 ust. 1 -2 oraz 12:

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że za dzień dostawy uznany będzie dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, tym samym w tym dniu ma nastąpić przejście na Zamawiającego własności sprzętu oraz przeniesienie na jego rzecz uprawnień z dokumentów gwarancyjnych, w innym bowiem przypadku (szczególnie gdy przelew będzie miał poprzedzać przejście własności) brak będzie podstawy prawnej do dokonania przelewu na Zamawiającego uprawnień z dokumentów gwarancyjnych; w przypadku odpowiedzi twierdzącej Zamawiający proszony jest o zmianę treści § 2 ust. 2 w ten sposób aby nadać mu brzmienie:

„2. Dostarczenie urządzeń i sprzętu potwierdzone będzie przez Strony protokołem dostarczenia urządzeń i sprzętu”;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przejście własności oraz praw z gwarancji i innych dokumentów nastąpi w dniu dostawy sprzętu, która będzie potwierdzona protokołem dostawy urządzeń i sprzętu zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 nie widzimy potrzeby zmiany treści umowy.

13. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 6 pkt. 1:

Zamawiający proszony jest o zmniejszenie wysokości kary odpowiednio z poziomu 0,3% do poziomu 0,1% oraz z poziomu 0,5% do poziomu 0,3% wartości brutto umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

14. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 6 pkt. 1:

Zamawiający proszony jest o zmianę wyrazu: „opóźni” na sformułowanie: „popadnie w zwłokę”. Powyższa zamiana spowodowana jest faktem, że wykonanie dostawy oraz przeprowadzenie szkoleń uzależnione jest m. in od udostępnienie wykonawcy przez Zamawiającego: sieci komputerowej, systemu Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej oraz pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia umowy, deklaruje jednak, iż w sytuacji jeżeli z przyczyn dotyczących Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia nie będzie możliwe Zamawiający dokona przesunięcia terminu realizacji o czas spowodowany zaistniałą przeszkodą.

15. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1, Istotne warunki umowy ..., § 7 ust. 1:

Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 „W razie opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Postanowienie to nie uwzględnia okoliczności, że wykonanie przedmiotu umowy uzależnione jest od udostępnienia wykonawcy przez Zamawiającego sieci komputerowej, systemu Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej oraz pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany przedmiot zamówienia. Zamawiający, w związku z postanowieniem § 7 ust. 6 proszony jest o wykreślenie ust. 1 w § 7 ewentualnie o zmianę jego treści w następujący sposób:

„1. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy powyżej 10 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga wskazania przyczyn odstąpienia. Zamawiający ma prawo do złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, po bezskutecznym upływie 14 dniowego dodatkowego terminu do wykonania świadczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia umowy, deklaruje jednak, iż w sytuacji jeżeli z przyczyn dotyczących Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia nie będzie możliwe Zamawiający dokona przesunięcia terminu realizacji o czas spowodowany zaistniałą przeszkodą.

16. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1 oraz Pakiet 2, Istotne warunki umowy ..., § 7 ust. 6:

Zamawiający proszony jest o zmianę dodatkowego terminu na realizację umowy zgodnie z jej postanowienia z 3 dni na termin 10-dniowy. Zaproponowana zmiana spowodowana jest faktem, że 3 -dniowy dodatkowy termin na realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami nie uwzględnia realnych możliwości wykonania tych czynności.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

17. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1 oraz Pakiet 2, Istotne warunki umowy ..., § 8 ust. 1:

Zamawiający proszony jest o skorygowanie treści w części dot. daty publikacji tekstu jednolitego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; ostatni tekst jednolity opublikowany został w Dz.U. 2016 poz. 922.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje treść w części dot. daty publikacji tekstu jednolitego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w par. 8 ust. 1 załącznika nr 5 (pakiet 1, Pakiet 2) – winno być (Dz.U. 2016 poz. 922).

18. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1 oraz Pakiet 2, Istotne warunki umowy ..., § 8 ust. 6:

Obecna treść dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jedynie przez pracowników Wykonawcy. Zamawiający proszony jest o rozszerzenie katalogu tych osób na współpracowników oraz personel wykonawcy, zgodnie z katalogiem określonym w ust. 11 § 8.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza także aby dane były przetwarzane przez współpracowników Wykonawcy oraz wskazane przez nich osoby.

19. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1 oraz Pakiet 2, Istotne warunki umowy ..., § 12 ust. 3:

Ust. 3 stanowi: „Przeprowadzić szkolenie wśród pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 1401.”. Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 3 ewentualnie nałożenie tego obowiązku wyłącznie na wykonawców, którzy wdrożyli system zarządzania środowiskiem ISO 1401, a w stosunku do innych wykonawców poprzestać na obowiązkach określonych w ust. 1 i 2.

Odpowiedź:

Zapisy w powyższym zakresie są standardowo stosowane przez Zamawiającego, zgodnie z SIWZ.

20. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1 oraz Pakiet 2, Istotne warunki umowy ..., § 12 ust. 4 oraz 5:

Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 4 oraz ust. ewentualnie stosownie tego postanowienia wyłącznie w stosunku do wykonawców, którzy wdrożyli system zarządzania środowiskiem ISO 1401 albo jasno stwierdzić, że chodzi o Pracownika Sekcji Ochrony Środowiska i Higieny Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zapisy w powyższym zakresie są standardowo stosowane przez Zamawiającego, zgodnie z SIWZ

21. Załącznik nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 1 oraz Pakiet 2, Istotne warunki umowy ..., § 13:

Zamawiający proszony jest po ust. 2 o dodanie ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zamawiającemu nie wolno:

- a) zmieniać ani kasować części programów jak również odtwarzać ich kodów źródłowych,
- b) instalować jakiegokolwiek oprogramowania w jakichkolwiek komputerach dostarczonych w wykonaniu niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust.3 poniżej.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

22. Załącznik nr 5 – Istotne Warunki Umowy / Pakiet 2, §2 ust 1

Zamawiający nie określa w treści umowy terminu jej wykonania, termin zobowiązany jest zadeklarować wykonawca w formularzu oferty i musi on się zawierać w przedziale od 1 dnia roboczego do 21 dni roboczych.

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że jeżeli w dniu planowanego dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, Zamawiający nie udostępni Wykonawcy akceleratora Truebeam sn:1592 termin realizacji zamówienia, określony w formularzu oferty ulega odpowiedniemu przesunięciu. Powyższe zapewnienie spowodowane jest faktem, że prawidłowe wykonanie umowy/ zamówienia uzależnione jest od udostępnienia wykonawcy przez Zamawiającego Akceleratora Truebeam sn:1592 celem wymiany części, która jest przedmiotem Umowy.

Odpowiedź:

W przypadku niemożności udostępnienia Akceleratora termin zostanie zmieniony ale maksymalnie o 5 dni roboczych.

23. Załącznik nr 5 – Istotne Warunki Umowy / Pakiet 2, §2 ust 12.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że momentem przyjęcia zainstalowanego sprzętu tj. części serwisowej oraz przejścia na Zamawiającego prawa własności do tego sprzętu jest moment podpisania przez Zamawiającego raportu serwisowego, o którym mowa w ust. 9 § 2 oraz § 4 ust. 1.

Odpowiedź:

Momentem przejścia własności jest podpisanie raportu serwisowego.

24. Załącznik nr 5 – Istotne Warunki Umowy / Pakiet 2, §5 ust. 2 z zw z § 2 ust. 1 oraz 3.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że za dzień dostawy uznany będzie dzień podpisania przez Strony raportu serwisowego, tym samym w tym dniu ma nastąpić przejście na Zamawiającego własności sprzętu oraz przeniesienie na jego rzecz uprawnień z dokumentów gwarancyjnych, w innym bowiem przypadku (szczególnie gdy przelew będzie miał poprzedzać przejście własności) brak będzie podstawy prawnej do dokonania przelewu na Zamawiającego uprawnień z dokumentów gwarancyjnych; w przypadku odpowiedzi twierdzącej Zamawiający proszony jest o zmianę treści § 2 ust. 3 w ten sposób aby nadać mu brzmienie:

„2. Dostarczenie sprzętu (tj części serwisowej) potwierdzone będzie przez Strony protokołem dostarczenia sprzętu”;
Dodatkowo Zamawiający proszony jest aby w całej treści § 5 treść w brzmieniu : „protokół końcowy” treścią w brzmieniu : „raport serwisowy”

Odpowiedź:

Zamawiający stwierdza, że treść, której zmiany domaga się Wykonawca wynika z § 2 ust. 4, zaś w § 5 ujednolici zapisy na raport serwisowy.

25. Załącznik nr 5 – Istotne Warunki Umowy / Pakiet 2, §6 pkt 1).

W nawiązaniu do powyższego pytania zwracamy się również do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wymiaru ewentualnych kar umownych przewidzianych w § 6 pkt. 1) z 0,3% do 0,1% oraz z 0,5% do 0,3%.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

26. Załącznik nr 5 – Istotne Warunki Umowy / Pakiet 2, §6 pkt 1).

Zamawiający proszony jest o zmianę wyrazu: „opóźni” na sformułowanie: „popadnie w zwłokę”. Powyższa zamiana spowodowana jest faktem, że wykonanie dostawy oraz przeprowadzenie szkoleń uzależnione jest m. in od udostępnienie wykonawcy przez Zamawiającego sprzętu tj. akceleratora Trubeam sn:1592 celem realizacji umowy poprzez wymianę części serwisowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

27. Załącznik nr 5 – Istotne Warunki Umowy / Pakiet 2, §6 pkt 2).

Z uwagi na to, iż w § 5 ust. 3 pkt 10 nie ma określonych dni przestoju, zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu § 6 pkt 2) w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapisy § 6 pkt 2) w załączniku nr 5 (Pakiet 2).

28. Załącznik nr 5 – Istotne Warunki Umowy / Pakiet 2, §7 ust 1.

Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 „W razie opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Postanowienie to nie uwzględnia okoliczności, że wykonanie przedmiotu umowy uzależnione jest od udostępnienia wykonawcy przez zamawiającego sprzętu tj. akceleratora Truebeam sn:1592. Zamawiający, w związku z postanowieniem § 7 ust. 6, proszony jest o wykreślenie ust. 1 w § 7 ewentualnie o zmianę jego treści w następujący sposób :

„1. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy powyżej 10 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga wskazania przyczyn odstąpienia. Zamawiający ma prawo do złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, po bezskutecznym upływie 14 dniowego dodatkowego terminu do wykonania świadczenia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wskazuje, że jego interesem jest zrealizowanie umowy a nie odstępowanie od niej jednak musi mieć narzędzia zabezpieczające właśnie terminową realizację umowy.

29. Załącznik nr 5 – Istotne Warunki Umowy / Pakiet 1 oraz Pakiet 2, § 7 cała treść w tym ust. 5.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną, do dnia odstąpienia, część przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Dla zamawiającego sens ma tylko wykonana w całości i kompleksowo usługa, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy to zwróci Wykonawcy dostarczone urządzenia i sprzęt, zatem Wykonawca nie będzie miał prawa do wynagrodzenia.

30. SIWZ – rozdział XIV „opis kryteriów (...) oceny ofert” - okres gwarancji – Pakiet 2, załącznik nr 1a , Pakiet nr 2, Tabela - Formularz wymaganych parametrów technicznych, Przedmiot Zamówienia, pkt 6

Z uwagi na to, iż producent udziela określonej gwarancji na dostarczane części serwisowe (przedmiot zamówienia) zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie oraz o zmianę okresu gwarancji, zapisu tabeli - Formularz wymaganych parametrów technicznych, Przedmiot Zamówienia, pkt 6 na następujący:

„Gwarancja min. 6 miesięcy”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

p.o. Dyrektor
Pogłębiowskie Centrum Onkologii
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
lek. Zbigniew Grzywnowicz